

3<sup>η</sup> ΥΠΕ . ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
<<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

.ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3426/20-6-2014

14PROC002118382 2014-06-20

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών  
Ταχ.Δ/ση : Εγνατίας 9  
Πληροφορίες : Α.ΤΣΩΤΣΟΥ  
Τ.Κ. : 531 00

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Διακήρυξη ΑΡΙΘ. ...ΝΟ 16 /2014

του πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ) CPV 33141200-2

...ΠΠΥΥ 2012 ... ( ΚΑΕ...1311.....)

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΕΤΟΣ**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η...ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

α) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ... ..22500..... €

( ενσωματωμένο το ΦΠΑ ) και σε βάρος του ΚΑΕ ...1311..... του προϋπολογισμού του ΓΝΦ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

. )

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΣΚΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών **υλικών ή μέρος αυτού.**

.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙ %

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

2. Η ισχύς των σχετικών συμβάσεων μπορεί να διακοπεί εφόσον γίνει προμήθεια των ζητούμενων ειδών από την 3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή από κεντρική υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Ανάπτυξης). Στην περίπτωση αυτή για τη λύση της σύμβασης, η υπηρεσία μας, ουδεμία ευθύνη έχει έναντι του χορηγητή.

3. Σε περίπτωση που δοθεί εξουσιοδότηση από την 3<sup>η</sup> ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή από κεντρική υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Ανάπτυξης), η υλοποίηση των να γίνει από άλλο νοσοκομείο καμία ευθύνη δεν έχει το ΓΝ Φλώρινας και οι πληροφορίες θα δοθούν από τα αντίστοιχα τμήματα αυτών

#### ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας

1. Έχοντας υπόψη: Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄19/1995).

2..Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007).

3. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 25/2007).

4. Την υπ αρ 4492/14-3-2012 έγγραφο της 3 ΥΠΕ ( σχετικά με τις αναλήψεις υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης ) 1.16 ΤΟ ΕΓΚΕΓΡΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ2012

5. Το υπ αρ 6881/10-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2012 και πιστώσεις 2012 και 2013 ..κεφάλαιο Β άρθρο 8. ( Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 60 ημέρες μετά τη υποβολή του τιμολογίου πώλησης σε απο αυτόν η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2005/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείτε όχληση από το συμβασιούχο .Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτόκολλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής .

6. Τα ο υπ αρ 6827/11-4-2013 έγγραφο της 3ΥΠΕ σχετικά περί ορισμού διενέργειας και εξουσιοδότησης ανασυγκρότησης συλλογικών οργάνων για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012 και πιστώσεις 2012 και 2013 .

7. Το υπ αρ 9034 /18-5-2013 έγγραφο της 3ΥΠΕ Έγκριση ΠΠΥΥ 2012 ( φεκ 1585/Β/10-5-2012 )

8. Την ΚΥΑ με αρ 3567/9-5-2012 του Υφυπουργού Υγείας και του Υπουργείου οικονομικών περι Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων έτους 2012

9. Το υπ αρ 5427/27-3-2013 έγγραφο της 3ΥΠΕ ενιαίος διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσίας καθαριότητας των Νος/μειων της 3ΥΠΕ

10. . Το υπ αρ 9797/6-6-2013 έγγραφο της 3ΥΠΕ (η προκήρυξη των διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ 2012 θα πρέπει να υλοποιηθεί έως 30-6-203.

11. ΤΟ ΕΓΚΕΓΡΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ2012

12. . Τις τεχνικές προδιαγραφές της επιτροπής σύνταξης

13. Το αριθμ.πρωτ.21929/6-12-2014 έγγραφο της 3<sup>ης</sup> ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) περί διαβίβασης του υπ'αριθμ. 6389/5-12-2013 αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδρίασης της ΕΠΥ

14. Την υπ αρ ...21/26-6-2013..... ( ΘΕΜΑ 2<sup>ΟΝ</sup> )...απόφαση του ΔΣ ( έγκριση διενέργειας διαγωνισμών από ΠΠΥΥ 2012

15. Την υπ αρ 27/26-6-2013 περίληψη διακήρυξης διαγωνισμών από ΠΠΥΥ 2012

16 Την υπ αρ ...ΒΙΚΜ46907Ι-ΩΦΞ και ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ...1347/13-3-2014

.....

## ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη ... **ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ** για την προμήθεια ... ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ **CPV 33141200-2**  
...**ΠΠΥΥ 2012** ... ( ΚΑΕ...1311\_ του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22500 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ζητούμενων ειδών

### ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως την ΠΕΜΠΤΗ 24-7-2014... και ώρα 2. 00 μ.μ. στην έδρα του Νοσοκομείου Φλώρινας .

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άνοιγμα των προσφορών ( τεχνική και οικονομική ) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο στις ...  
...25-7-2014 ημέρα ... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ...και ώρα 11π.μ. στο γραφείο προμηθειών.

**Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται .**

## ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
- β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

α. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά,

#### ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο (επί ποινή απόρριψης) και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
2. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, για το σύνολο των όρων του διαγωνισμού (γενικών, ειδικών, τεχνικών κ.λ.π.) όλες τις απαντήσεις – προσφορές (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λ.π.), με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus Νο..... σελίδα.....») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή-αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κ.λ.π είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού και αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.
3. Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
4. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι: α) το προσφερόμενο είδος πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού,
7. Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για το προσφερόμενο προϊόν, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, οφείλει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

9. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:**

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο του υπό προμήθεια είδους όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήματος Β'.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

----- **Βεβαίωση ότι οι τιμές που δίνουν είναι σύμφωνες με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών**

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.

8. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές.

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007).

**..Η μη προσκόμιση δείγματος θα είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς**

**ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:**

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων /φάσεων  
( , αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ) .**

**Για τον λόγο αυτό θα συνταχτεί ένα πρακτικό προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος για την υλοποίηση του .**

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

## 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται

**1.1. Τα ζητούμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε .....5μερες .... ( πέντε ....) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.**

12.2. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.

12.3. **Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά**, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός ....5 (...πέντε .) ημερών από την προσήκουσα παράδοσή τους στο Νοσοκομείο.

12.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.

12.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

12.6. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.7. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

12.8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 10% Της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης

### **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ δεν απαιτείται**

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το σύνολο των υλικών του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η απόφαση για την κατακύρωση του Πρόχειρου διαγωνισμού λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Νοσοκομείου Φλώρινας. Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει το Νοσοκομείο Φλώρινας και τον διαγωνιζόμενο από την κοινοποίηση της στο διαγωνιζόμενο.

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Το Νοσοκομείο Φλώρινας διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου προμηθευτή, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση χωρίς οποιοδήποτε αποζημίωση και των υποψήφιων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

1. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).

3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

4. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

1.

**Οι κρατήσεις που θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις**

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης προς τον προμηθευτή που θα επιλεγεί και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δίδονται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24, του ΠΔ 118/07 ήτοι :

**Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Π.Δ. 118/07, στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 10% της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια είδους (χωρίς το ΦΠΑ), η οποία και θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης .**

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

## ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια.

### Χρόνος ισχύος της σύμβασης

11.1. Η σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους τυχόν περισσότερους προμηθευτές που θα επιλεγούν, θα έχει διάρκεια .....ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ...(1...) ....., αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της (ή από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει υπογραφεί, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγρ. 9.3 του άρθρου 9<sup>ου</sup>).

11.2. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση επί .....2 ΜΗΝΕΣ... (ΔΥΟ ....) ακόμη ....., με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της σύμβασης.

11.3. Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνατότητα έναρξης παράδοσης υλικών εντός .....5 ΗΜΕΡΩΝ ..... (.ΠΕΝΤΕ ...) ημερών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

11.4. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

11.5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 3<sup>η</sup> Δ.Υ.Π.Ε. Μακεδονίας ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΝΦ

ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

| A/A  | ΥΛΙΚΟ                                                                                                             | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 558  | STRIPER ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (ΚΙΡΣΩΝ)<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ. Χ.                                                              | 12       |
| 1099 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ<br>(ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) Μ. Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 19 G                                         | 25       |
| 1100 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΟΣ<br>ΔΙΑΥΛΟΣ 12 Fr 16 εκ. ΜΗΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ | 10       |
| 1101 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΓΓΙΤΙΔΟΣ<br>ΤΡΙΑΥΛΟΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥΣ                                        | 20       |
| 1106 | ΣΥΡΜΑΤΑ Μ.Χ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ<br>ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ                                                            | 10       |
| 1123 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SENGSTAKEN ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΌΛΑ<br>ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ                                                                | 5        |
| 1124 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ                                                                              | 7        |

|      |                                                                                                              |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1132 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΒΛΕΝΝΩΝ<br>ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΝΕΟΓΝΩΝ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ<br>ΤΥΠΟΥΣ                              | 1000 |
| 1138 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ<br>ΒΑΛΒΙΔΑ (ΘΗΚΑΡΙΑ) ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ                                       | 10   |
| 1141 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΜΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΌΛΑ ΤΑ<br>ΝΟΥΜΕΡΑ                                                               | 335  |
| 1144 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9 ΑΥΛΩΝ<br>ΠΟΛΥΣΩΛΗΝΩΤΟΣ                                                              | 25   |
| 1145 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ι<br>ΑΥΛΟΥ                                                              | 1100 |
| 1150 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ<br>ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ<br>ΌΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ                    | 25   |
| 5675 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ<br>ΤΥΠΟΥ DRUM για διαδερμική παρακέντηση της φλεβας<br>ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ 8268 | 35   |
| 5677 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ<br>ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ                                          | 800  |
| 5684 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 14 G x 51<br>mm                                                                | 25   |
| 5697 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΣ Νο 12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                     | 5    |
| 5698 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΣ Νο 14 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                     | 5    |
| 5699 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΣ Νο 16 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                       | 10   |

|      |                                                          |       |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
|      | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                           |       |
| 5700 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΣ Νο 18 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 7,5   |
| 5701 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΗΡ ΧΟΛΗΣ Νο 10 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 5     |
| 5702 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΣ<br>ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Νο 16   | 2,5   |
| 5703 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΣ<br>ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Νο 20   | 5     |
| 5704 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΣ<br>ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Νο 24   | 7     |
| 5705 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΣ<br>ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Νο 28   | 3     |
| 5706 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΣ<br>ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ Νο 32   | 5     |
| 5708 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) PETZER 22 FR                   | 25    |
| 5732 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 195 χ<br>340 χιλ         | 5200  |
| 5734 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 130 χ<br>250 χιλ         | 2400  |
| 5735 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 130 χ<br>290 χιλ         | 13800 |
| 5736 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 140 χ<br>400 χιλ         | 2000  |
| 5737 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300 χ<br>430 χιλ         | 4000  |

|      |                                                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5738 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 10 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 25  |
| 5739 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 50  |
| 5740 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 14 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 250 |
| 5741 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 16 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 300 |
| 5742 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 18 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 200 |
| 5743 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 20 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 75  |
| 5744 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ (LEVIN)<br>ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ Νο 24 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 5   |
| 5745 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 10                                                    | 50  |
| 5748 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 16                                                    | 800 |
| 5749 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Νο 18                                                    | 200 |
| 5762 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 16 G x 50<br>mm                                        | 350 |

|      |                                                                                                           |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5763 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 16 G x<br>140 mm                                                            | 2,5   |
| 5764 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 18 G x 51<br>mm                                                             | 500   |
| 5765 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 20 G x 33<br>mm                                                             | 3500  |
| 5766 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 22 G x 32<br>mm                                                             | 11500 |
| 5767 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 24 G x 19<br>mm                                                             | 1300  |
| 6157 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 26 G                                                                        | 50    |
| 6440 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ABBOCATH 18 G x<br>150 mm                                                            | 2,5   |
| 7933 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 12 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                     | 300   |
| 7934 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 40 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 4 ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                    | 3,5   |
| 7935 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 40 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 6 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                   | 3     |
| 7936 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ ΜΕ<br>TROCAR ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 12 Fr 30 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ | 75    |
| 7941 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 40 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 6 ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                      | 4     |

|      |                                                                                                                                        |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                                                         |     |
| 7945 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 40 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 5 ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                 | 3,5 |
| 7952 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 14 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                  | 200 |
| 7956 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 10 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                  | 300 |
| 7967 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 80 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 4 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                | 2   |
| 7968 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 24 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                  | 25  |
| 7969 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 40 cm ΜΗΚΟΣ<br>ΜΕΓΕΘΟΣ 5 ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                | 8   |
| 8245 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 20 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                  | 50  |
| 8254 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 8 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                   | 20  |
| 8268 | Καθετήρας φλεβικού καθετηριασμού, με συρμάτινο<br>οδηγό και βελόνα για διαδερμική τοποθέτηση (τύπου<br>Drum) μιας χρήσης, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝ | 15  |
| 8346 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΣΩ ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ<br>ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ                                                                  | 10  |
| 8371 | Σετ Υπερηβικής παρακέντησης Νο 10                                                                                                      | 8   |

|          |                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8823     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 16 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                                                                                | 300 |
| 8870     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 18 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                                                                                | 200 |
| 8884     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON 22 Ch ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ                                                                                                                                                | 25  |
| 9317     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ<br>(ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) Μ. Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 21 G                                                                                                                            | 300 |
| 9318     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ<br>(ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) Μ. Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 23 G                                                                                                                            | 200 |
| 9319     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ<br>(ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) Μ. Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 25 G                                                                                                                            | 175 |
| 9320     | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ<br>ΔΙΑΥΛΟΣ 12 Fr 20 εκ. ΜΗΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ                                                                                     | 5   |
| 260      | ΠΑΣΤΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ<br>20% ΣΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ<br>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 50gr.                                                                                         | 100 |
| 744      | Βάσεις (κολοστομίας-ουρητηροστομίας-ειλεοστομίας)<br>επίπεδες με οβάλ κολλητικό 2 στρωμάτων και εγκοπές<br>περιμετρικά για μεγαλύτερη ευκαμψία, με υποδοχές<br>ζώνης διαφανείς 40 - 60-70 χιλ.+/-10% | 150 |
| 122<br>4 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ<br>ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟ Α/Α 744                                                                                                                 | 150 |

544 ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΝΟΣ  
7 ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ  
7 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ  
7 ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10-76χλ. 100

611 ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  
6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ  
6 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΗ 110χλ. +-  
6 10% 50

683 ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ  
8 ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Α 744 120  
8 ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ-  
931 ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗ  
8 ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 40-60 ΧΙΛ +-10% 50

931 ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ-  
9 ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ  
9 ΤΟΥ Α/Α 9318 100


10 Προστατευτική κρέμα για πρόληψη ρήξης της  
10 συνέχειας του δέρματος με ενυδατικούς παράγοντες  
10 και οξείδιο ψευδαργύρου 12% σε συσκευασία 50gr . 100

11 Καθαριστικό ήπια αντισηπτικό, για υγιές και  
11 εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρεϋ και αφρού. Να μην  
11 απαιτείται ξέπλυμα. Συσκευασία 300 ml. 100

12 Κρέμα ενυδατική αποφλοιωτική για φροντίδα  
12 διαβητικών ποδιών, με ουρία 10% και γαλακτικό οξύ  
12 4% σε συσκευασία 75ml. 100



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ LEVIN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ<br>ΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΥΛΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΟΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΜΕ<br>ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΜΗΚΟΣ ΌΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 120CM ΓΙΑ<br>ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |



***ΤΕΧΝΙΚΕΣ***

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | <b>Καθετήρες ρινογαστρικοί εντερικής σίτισης πολυουρεθάνης</b> .Να είναι διαφανείς, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 εκ. έως 75εκ.Να έχουν κλειστό ατραυματικό άκρο και τέσσερις πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο 6,8, 10,12,14,16, 18 και 21 Fr μήκους 125cm. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι. |
| 3 | <b>ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ</b> ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>Καθετήρες ρινογαστρικοί εντερικής σίτισης απο PVC</b> .Να είναι διαφανείς, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 εκ. έως 75εκ.Να έχουν κλειστό ατραυματικό άκρο και τέσσερις πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο 6,8, 10,12,14,16, 18 και 21 Fr μήκους 125cm. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι.       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Καθετήρες Levin διπλού αυλού, από P.V.C. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, διαφανείς, κλειστού άκρου με 10 πλάγιες οπές, βαθμονομημένοι στα 45,55,65 και 75 cm από το άκρο, με συνδετικό για το κλείσιμο των αυλών. Να προσφερθούν σε μεγέθη 6 και 8 Fr μήκους 60cm. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι.           |
| 6  | ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΤΟΝΟΜΕΤΡΙΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ PVC, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 35 ΕΚ. ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΗΚΟΣ 75CM ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 4.5.6,8,10FR. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE. Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.           |
| 8  | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ή ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ή PVC ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 35 ΕΚ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 4,6,8 ΚΑΙ 10 Fr ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 50, 75 ΚΑΙ 125 ΕΚ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ |
| 9  | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN GANZ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ O <sub>2</sub> ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ (SVO <sub>2</sub> ), ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (CCO), ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (CEDV) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).                   |
| 10 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Ή ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΑΠΟ 18G ΕΩΣ 20G ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ,ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ , ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟ 3,5 CM ΕΩΣ 10CM ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ.ΝΑ ΕΊΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE M.X. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ |
| 12 | ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ                                                                                                                                                               |
| 13 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ FLOWSWITCH 20G ΜΗΚΟΥΣ 45mm                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.                                                                                                                       |
| 15 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ Η' ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΔΙΑΥΛΟΙ ( Ο ΕΝΑΣ ΑΥΛΟΣ 14G ΚΑΙ Ο ΆΛΛΟΣ 18G) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Fr ΚΑΙ ΜΗΚΗ.                                                                                                                                                |
| 16 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ Η' ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΤΡΙΑΥΛΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ( Ο ΕΝΑΣ ΑΥΛΟΣ 14G ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 18G) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 7,5 Fr ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE M.X. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΔΙΑΥΛΟΙ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 FR, 16, 20 ΚΑΙ 30 CM. ΈΚΑΣΤΟΣ ΑΥΛΟΣ 14 G. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΒΕΛΟΝΑ, ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 1 ΑΥΛΟΥ 18 G ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ.                                                                             |
| 18 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΤΡΙΑΥΛΟΙ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 FR, 16, 20 ΚΑΙ 30 CM. Ο ΕΝΑΣ ΑΥΛΟΣ 14 G ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ 16 G, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΥΛΟΣ 16G ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ 18G. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΒΕΛΟΝΑ, ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 1 ΑΥΛΟΥ 18 G ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. |
| 19 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΟΣ ΜΟΝΟΑΥΛΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ FR ΚΑΙ ΜΗΚΗ                                                                                                                                                                |
| 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER, Η ΒΕΛΟΝΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (B.L.S) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 7,5 Fr ΜΕ ΈΝΑ ΑΥΛΟ 14G ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE Μ.Χ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.                                                         |
| 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ (SCV02), ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).                                                                                                         |
| 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ (SCV02), ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ SWIVEL ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ Η ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑΤΟΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 50CM), ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 24Η ΕΩΣ 72Η, ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ.                                |
| 23 | ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (B.L.S.) ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΙΗ ΑΡΤΗΡΙΑ 20G ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ. |
| 24 | ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ (ΤΥΟΝΥ), ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΟΠΕΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ.                                                                                                     |
| 25 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 300ml. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ.                          |
| 26 | ΣΕΤ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ- ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ                                                                                                                                                                                                |
| 27 | ΣΕΤ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ(ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Υ ) Ν0 18-24 G.                              |
| 29 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΥΛΕΟΥ.                                       |
| 30 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (Ν0 10G - 26G)                                                                                       |
| 31 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ                                                                                                         |
| 32 | ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ, ΜΗΡΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ ΦΛΕΒΑ.    |
| 33 | ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΚΗΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ, ΜΗΡΙΑΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ ΦΛΕΒΑ. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12 FR, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | <b>Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τριών αυλών</b> . Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντων αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες (τεχνολογία AgION) αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να είναι 7,5Fr σε μήκη 16 και 20 cm, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων (63-60 ml/min αντίστοιχα). Να είναι ακτινοσκιερός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελδinger. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι. |
| 36 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΟΝΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΞΩΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ, 8,5 Fr ΜΕ ΑΥΛΟΥΣ 14,16,18,18. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37 | ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ , ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 8 ΕΩΣ 21Fr ΜΗΚΟΥΣ 125 ΕΚ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΑΥΛΟΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΜΕ ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ Η ΣΦΑΓΙΤΙΔΑΣ ΦΛΕΒΑΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | Σετ επισκληρίδιας αναισθησίας με καθετήρα επισκληριδίου δύο στρωμάτων εσωτερικά από πολυαμίδιο και εξωτερικά από πολυουρεθάνιο κλειστού άκρου με 6 παράπλευρες οπές .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Παιδιατρικοί καθετήρες υποκλειδίου ή σφαγίτιδος δίαυλοι. Να περιλαμβάνει σετ τοποθέτησης με την τεχνική Seldinger, συρμάτινο οδηγό με ευθύ και κεκαμένο άκρο, αγγειακό διαστολέα, πώματα αυλών, σύριγγα. Να έχει ακτινοσκοπικό καθετήρα πολυουρεθάνης με διαφανείς προεκτάσεις αυλών με πώματα, με ελαστικό και εύκαμπτο άκρο καθετήρα, το οποίο να παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα προστατεύοντας το από τραυματισμούς. Σε διάφορα Fr και μήκη.  |
| 41 | Παιδιατρικοί καθετήρες υποκλειδίου ή σφαγίτιδος τρίαυλοι. Να περιλαμβάνει σετ τοποθέτησης με την τεχνική Seldinger, συρμάτινο οδηγό με ευθύ και κεκαμένο άκρο, αγγειακό διαστολέα, πώματα αυλών, σύριγγα. Να έχει ακτινοσκοπικό καθετήρα πολυουρεθάνης με διαφανείς προεκτάσεις αυλών με πώματα, με ελαστικό και εύκαμπτο άκρο καθετήρα, το οποίο να παρεκκλίνει όταν συναντά το αγγειακό τοίχωμα προστατεύοντας το από τραυματισμούς. Σε διάφορα Fr και μήκη. |
| 42 | Φλεβοκαθετήρες χωρίς βαλβίδα, χωρίς πτερύγια με οπίσθια λοξότμηση για ατραυματική φλεβοκέντηση σε όλα τα μεγέθη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43 | Σετ επισκληριδίου για παιδιά με βελόνα Tuohy 18Gx50mm, η οποία να φέρει κατά μήκος διαβάθμιση ανά 5mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44 | Φλεβικός καθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη με μηχανισμό απόσυρσης της βελόνας και σύστημα διακοπής της αναρροής αίματος κατά την εισαγωγή. Σε όλα τα μεγέθη. (Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας του ΚΕΕΛΠΝΟ).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 | <b>Καθετήρες ομφαλικοί μονού αυλού.</b> Να είναι από PVC, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 25 εκ. Να έχουν ανοιχτό στρογγυλεμένο άκρο (ατραυματικό). Να προσφερθούν σε μεγέθη: 3,5F, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr μήκους 38εκ. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι σε διπλή συσκευασία ασφαλείας.                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | <b>Καθετήρες ομφαλικοί διπλού αυλού.</b> Να είναι από πολυουρεθάνη για μεγαλύτερη παραμονή στο αγγείο, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 4 έως 20εκ. Να φέρουν ενσωματωμένη προέκταση 5εκ. σε κάθε αυλό με σφιγκτήρα .Να έχουν ένα ανοιχτό στρογγυλεμένο άκρο (ατραυματικό) και μια παράπλευρη οπή. Να προσφερθούν σε μεγέθη: 4Fr μήκους 20εκ και 40εκ. Με δύο αυλούς 20G και 5Fr μήκους 40εκ. Με δύο αυλούς 19G .Να είναι LATEX free και DEHP free ,μ.χ αποστειρωμένοι. |
| 47 | <b>Καθετήρες νεογνικοί PICC πολυουρεθάνης μονού αυλού 1Fr(28G)</b> μήκους 15 και 20εκ. Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό .Να φέρουν οδηγό στυλεό, πτερύγια στήριξης και ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης. Ο εισαγωγέας να είναι βελόνη σχιστή εξερχόμενη 24G ή φλεβοκαθετήρας σχιστός εξερχόμενος .Να είναι LATEX free DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                 |
| 48 | <b>Καθετήρες νεογνικοί PICC πολυουρεθάνης διπλού αυλού 2Fr (24G)</b> μήκους 30εκ για μακροπρόθεσμη θεραπεία (έως 4 εβδομάδες) για παρεντερική διατροφή και ταυτόχρονη χορήγηση μη συμβατών φαρμάκων. Να είναι ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό .Να φέρουν ενσωματωμένη προέκταση με σφιγκτήρα σε κάθε αυλό και χρωματική κωδικοποίηση των Hubs. Ο εισαγωγέας να είναι ειδικό θηκάρι σχιστό εξερχόμενο 20G μήκους 25mm. Να είναι LATEX free και DEHP free,μ.χ αποστειρωμένοι.   |
| 49 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 21-23g, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 3cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50 | ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΕΩΝ (Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ) ΣΕ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 3 ΑΥΛΟΥΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 cm, ΜΕ CLIPS ON-OFF, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51 | <b>Καθετήρες αποκάλυψης φλέβας.</b> Να είναι από πολυουρεθάνη, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 10 έως 30 cm. Να έχουν ατραυματική βελόνη και προστατευτικό κάλυμμα αυτής. Να προσφερθούν με χρωματική κωδικοποίηση σε μεγέθη καθετήρα: 14,16,17,18,19 και 22G μήκους 30 cm και βελόνη ανάλογη του μεγέθους του καθετήρα. Να είναι μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                    |

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ                                                     |
| 53 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEN-ROSE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1", 3/4", 1/2", 5/8"                             |
| 54 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ PEZZER ΑΠΟ LATEX ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ                                                         |
| 55 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΗΡ ΑΠΟ LATEX ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ                                                           |
| 56 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑΣ                                                                           |
| 57 | ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, Υ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. |

|    |                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ BLAKEMORE-SEGSTAGEN NO 16,18                                                                                                           |
| 59 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΥΠΟΥ PONSKI                                     |
| 60 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ DRUM 72 cm ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2 cm 15 G ΑΠΟ PVC ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ & ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 5 cm ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5mm ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ                                   |
| 61 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ DRUM 72 cm ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 2 cm 14 G ΑΠΟ PVC ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ & ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 5 cm ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5mm ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ                                   |
| 62 | ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ                                          |
| 63 | ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΤΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66 | <b>Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί δύο αυλών με ευθέα άκρα.</b> Να είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία ιόντων αργύρου ( βιοσυμβατό αντιμικροβιακό υλικό ) κατά την οποία ο καθετήρας πολυουρεθάνης εμπλουτίζεται μοριακά με ιόντα αργύρου, και τα εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να προσφερθούν σε σετ seldinger, με εύρος καθετήρα 12Fr μήκους 15cm και 20 cm, με ροές 410ml/min και 390ml/min ανά αυλό αντίστοιχα. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Να είναι μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                  |
| 67 | <b>Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί δύο αυλών με κεκαμένα άκρα.</b> Να είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία ιόντων αργύρου( βιοσυμβατό αντιμικροβιακό υλικό ) κατά την οποία ο καθετήρας πολυουρεθάνης εμπλουτίζεται μοριακά με ιόντα αργύρου, και τα εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να προσφερθούν σε σετ seldinger, με εύρος καθετήρα 12Fr μήκους 15cm και 20 cm, με ροές 380/410ml/min και 360/380ml/min ανά αυλό αντίστοιχα. Να φέρουν ειδικό clip για την κάμψη και σταθεροποίηση. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Να είναι μ.χ. αποστειρωμένοι. |
| 68 | <b>Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί τριών αυλών.</b> Να είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία ιόντων Αργύρου ( βιοσυμβατό αντιμικροβιακό υλικό ) κατά την οποία ο καθετήρας πολυουρεθάνης εμπλουτίζεται μοριακά με ιόντα αργύρου και τα εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά .Να προσφερθούν σε σετ seldinger με ευθέα άκρα , με εύρος καθετήρα 12Fr μήκους 20cm ( 16G/12G/11G και με ροές 50ml/min , 250ml/min και 290ml/min ανά αυλό αντίστοιχα) και μήκους 15cm ( 16G/12G/11G με ροές 55ml/min ,250ml/min και 320ml/min ανά αυλό αντίστοιχα) . Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69 | <b>Εμφυτεύσιμο τύμπανο Port</b> χαμηλού, μεσαίου, υψηλού προφίλ, πλαστικό, συμβατό με MRI με καθετήρα ακτινοσκιερής σιλικόνης 8 Fr και καθετήρα κλειστού άκρου τριών θέσεων στο πλάι του άκρου του καθετήρα για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 | <b>Εμφυτεύσιμο τύμπανο Port</b> από πλαστικό υλικό συμβατό MRI με καθετήρα 8fr ανοιχτού άκρου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71 | <b>Εμφυτεύσιμα τύμπανα Port</b> με καθετήρα από ακτινοσκιερή σιλικόνη, κλειστού άκρου με ενσωματωμένη βαλβίδα στο πλάι, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού. Εμφυτεύσιμο τύμπανο Port μεσαίου προφίλ, πλαστικό, με τρία σημεία ψηλάφησης, συμβατό με MRI, κατάλληλο για δυναμική έγχυση σκιαγραφικού, με καθετήρα κλειστού άκρου από ακτινοσκιερή σιλικόνη 8Fr, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5ml/sec στα 300psi, με βαλβίδα τριών θέσεων στο πλάι του άκρου του καθετήρα για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης και δυνατότητα συντήρησης μόνο με φυσιολογικό ορό. Να προσφερθεί με πλήρες σετ τοποθέτησης που να συμπεριλαμβάνει βελόνα παρακέντησης ασφάλειας με ένδειξη δυναμικής έγχυσης και σετ οδηγών βελόνας παρακέντησης αγγείων. |
| 72 | <b>Βελόνες παρακέντησης</b> ασφαλείας για χρήση σε συνδυασμό με port, με ή χωρίς θέση έγχυσης τύπου Y, με γωνίωση 90 μοίρων non coring, με προ-συνδεδεμένη επέκταση μικροσωλήνωσης με clamp, με ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας που ενεργοποιείται σε ένα μόνο βήμα και είναι απλός στον χειρισμό. Να φέρει ενσωματωμένο σφουγγαράκι στη βάση της και μηχανισμό που να επιτρέπει την περιστροφή της. Να παρέχει ελάχιστη ροή λόγω βαρύτητας: 1680ml/hr. Να προσφερθεί σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | <b>Βελόνες παρακέντησης</b> ασφαλείας για χρήση σε συνδυασμό με port , με ή χωρίς θέση έγχυσης τύπου Y, με γωνίωση 90 μοίρων non coring, με προ-συνδεδεμένη επέκταση μικροσωλήνωσης με clamp, με ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας που ενεργοποιείται σε ένα μόνο βήμα και είναι απλός στον χειρισμό. Να φέρει ενσωματωμένο σφουγγαράκι στη βάση της και μηχανισμό που να επιτρέπει την περιστροφή της .Να παρέχει ελάχιστη ροή λόγω βαρύτητας: 1680ml/hr και να δύναται να χρησιμοποιηθεί με port για τη χορήγηση σκιαγραφικού μέσου με ρυθμό ροής 5ml/sec στα 300psi. Να προσφερθεί σε διάφορες διαμέτρους και μήκη.                                                                                                                                                                           |
| 74 | <b>Πλήρες σετ προετοιμασίας εισαγωγής νεογνολογικών καθετήρων PICC Line και Hautmont</b> που να περιλαμβάνει: 1 εξωτερικό περιτύλιγμα 75x90cm, 2 χειρουργικά πεδία διαστάσεων 75x45cm, 1 μπλε λαβίδα προετοιμασίας, 2 ταινίες μέτρησης μήκους , 2 αυτοκόλλητα πεδία tegaderm διαστάσεων 4x4cm, 1 σύριγγα των 10ml LS , 1 αιμοστατικό επίδεσμο για νεογνά , 4 τολύπια , 2 πετσέτες χειρός , 1 θυριδωτό διαφανές πεδίο με εύκολη εξαγωγή διαστ. 50x50cm (άνοιγμα 3cm) , 1 νεογνολογικό ψαλίδι 9cm , 1 λαβίδα ευθεία 10cm , 1 λαβίδα κυρτή 10cm , 5 πετσετάκια 8 στρωμάτων άσπρα διαστάσεων 7,5x7,5cm , 2 κύπελλα χωρητικότητας 60ml , 1 δίσκος 20x15x4cm, 1 πακέτο από μικρά, αυτοκόλλητο πεδίο steri strip και 1 ευθή ψαλίδι Reynolds 9cm. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ αποστειρωμένο. |
| 75 | <b>Καθετήρες σίτισης νεογνών και παιδών πολυουρεθάνης</b> για ανώδυνη και μακρά παραμονή. Να είναι ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 35 εκ. Να έχουν κλειστό ατραυματικό άκρο ,με δύο πλάγιες οπές και καπάκι με χρωματική κωδικοποίηση για κλείσιμο του καθετήρα. Να προσφερθούν σε μεγέθη 4,5,6 και 8fr μήκους 75εκ.. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 76 | <b>Καθετήρες διπλοί δειγματοληψίας βρογχικών εκκρινμάτων.</b> Να είναι υψηλής προστασίας, ακτινοσκοπικοί, διαφανείς και να φέρουν αυτοδιαλυόμενο πώμα γλυκόλης και πλαστική εργονομική λαβή ασφαλείας . Ο καθετήρας εισαγωγέας (εξωτερικός) να είναι πολυαιθυλενίου εύρους 8Fr και μήκους 60cm. Ο καθετήρας δειγ/ψιας (εσωτερικός) να είναι από υλικό υδατοστεγανό για φραγή μικροβίων, ευέλικτο για υπακοή στο τυφλό χειρισμό εύρους 5Fr μήκους 65cm . Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                        |
| 77 | <b>Πεταλούδες φλεβοκέντησης (scalp-vein) ασφαλείας.</b> Να έχουν συσκευή που καλύπτει την βελόνη κατά την αφαίρεσή της, με ηχητική και οπτική επιβιβέωση. Η βελόνη να είναι σιλικοναρισμένη (εσωτερικά-εξωτερικά), λεπτών τοιχωμάτων και με εύκαμπτα πτερύγια. Να φέρουν προέκταση μήκους 30 εκ. Να προσφερθούν με βελόνη 18,20,21,22,23,25 και 27G μήκους 20mm (σε σκληρή συσκευασία ασφαλείας blister) Τα μεγέθη 23G, 25G και 27G να έχουν τον ελάχιστο νεκρό χώρο 0,2ml. Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | <b>Πεταλούδες φλεβοκέντησης (scalp-vein).</b> Να έχουν βελόνη σιλικοναρισμένη (εσωτερικά-εξωτερικά), ατραυματική, λεπτών τοιχωμάτων. Να φέρουν προέκταση μήκους 30 cm. Να προσφερθούν με βελόνη 18,19,20,21,22,23,25 και 27G μήκους βελόνης 20mm. Τα μεγέθη 23G,25G και 27G να έχουν τον ελάχιστο νεκρό χώρο 0,2ml. Να είναι LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 79 | <b>Καθετήρες ricc</b> από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη για κάθε είδους ενδοφλέβιες θεραπείες, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5ml/sec στα 300psi, με ενσωματωμένες σε κάθε HUB του αυλού μια βαλβίδα έγχυσης και δυο βαλβίδες αναρρόφησης για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης και δυνατότητα συντήρησης μόνο με φυσιολογικό ορό. Με ένδειξη για παρακολούθηση κεντρικής φλεβικής πίεσης. Να μη φέρει clamp στους αυλούς. Να έχει μήκος άνω των 50cm. Ο καθετήρας να φέρει προτοποθετημένο ειδικό σύρμα εντοπισμού για χρήση του σε συνδυασμό με συσκευή παρακολούθησης της πορείας του κατά την τοποθέτηση και επιβεβαίωση της τελικής θέσης. Να προσφερθεί με πλήρες σετ τοποθέτησης που να συμπεριλαμβάνει σετ οδηγού παρακέντησης και δέκα τεμάχια αυτοκόλλητα στερεωτικά. Στις εξής διαστάσεις: 1. μονού αυλού 4Fr, 2. μονού αυλού 5Fr, 3. διπλού αυλού 5Fr, 4. τριπλού αυλού 6Fr. |
| 80 | <b>Καθετήρες ricc</b> για κάθε είδους ενδοφλέβιες θεραπείες από ακτινοσκιερή σιλικόνη, με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5ml/sec στα 300psi, κλειστού άκρου, με μια βαλβίδα τριών θέσεων στο πλάι του ακροφύσιου του καθετήρα, για αποφυγή χρήσης ηπαρίνης και δυνατότητα συντήρησης μόνο με φυσιολογικό ορό. Να μη φέρει clamp στους αυλούς. Να προσφερθεί με πλήρες σετ τοποθέτησης που να συμπεριλαμβάνει σετ οδηγού παρακέντησης και 10 αυτοκόλλητα στερεωτικά. Στις εξής διαστάσεις: 1. μονού αυλού 5Fr με μήκος άνω των 45cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81 | <b>Καθετήρας ricc</b> για κάθε είδους ενδοφλέβιες θεραπείες από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη με δυνατότητα δυναμικής έγχυσης σκιαγραφικού σταθερά με ρυθμό ροής 5ml/sec στα 300ps. Να έχει μήκος άνω των 50cm. Να προσφερθεί με πλήρες σετ τοποθέτησης που να συμπεριλαμβάνει σετ οδηγού παρακέντησης και 10 αυτοκόλλητα στερεωτικά. Στις εξής διαστάσεις: 1. μονού αυλού 4Fr, 2. διπλού αυλού 5Fr, 3. τριπλού αυλού 6Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 82 | <b>Καθετήρες Levin διπλού αυλού, από P.V.C.</b> Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, διαφανείς, κλειστού άκρου με 10 πλάγιες οπές, βαθμονομημένοι στα 45,55,65 και 75 cm από το άκρο, με συνδετικό για το κλείσιμο των αυλών. Να προσφερθούν σε μεγέθη 10 Fr μήκους 90cm και 12,14,18 και 21 Fr μήκους 120cm. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83 | <b>Καθετήρες Ρινογαστρικοί εντερικής σίτισης με ελαία βολφραμίου</b> . Να είναι από πολυουρεθάνη, διαφανείς, ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 20 έως 70 εκ. Να έχουν κλειστό άκρο ατραυματικό με τέσσερις πλαϊνές οπές και να φέρουν ελαία βολφραμίου στο κάτω άκρο για ευκολότερη προώθηση στη νήστιδα. Να προσφερθούν σε μεγέθη 9,14 και 18Fr μήκους 125cm. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι. |
| 84 | <b>Ειδικοί οδηγοί για ρινογαστρικούς καθετήρες σιλικόνης και πολυουρεθάνης</b> για χρήση σε δύσκολες προωθήσεις των καθετήρων .Να είναι με κλειστό άκρο και επικαλυμμένοι με Hydrogel. Να προσφερθούν σε μεγέθη αναλόγως του εύρους των καθετήρων. Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                              |
| 85 | <b>Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar νεογνών</b> .Να είναι από PVC ,ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm.Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό. Να προσφερθούν σε μεγέθη :8 και 10 Fr μήκους 8cm. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                    |
| 86 | <b>Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar παιδών</b> .Να είναι από PVC,ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm.Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης - στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 12,14, 18 Fr μήκους 15cm, 12και 16 Fr μήκους 25cm. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                            |
| 87 | <b>Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar ενηλίκων</b> .Να είναι από PVC,ακτινοσκοπικοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm. Να φέρουν trocar αιχμηρό, ατραυματικό και δακτύλιο σύνδεσης-στερέωσης και να έχουν δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε 14,18,20,24,28 και 30 Fr μήκους 28cm. Και 20,24,28 και 32Fr μήκους 40cm. Να είναι LATEX free και DEHP free .μ.χ αποστειρωμένοι.                                                            |
| 88 | <b>Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος PVC χωρίς trocar.</b> Να είναι ακτινοσκοπικοί, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά 2εκ. από 2 έως 24εκ. Να έχουν 6 πλάγιες οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 16,20,24,28,32Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89 | <b>Καθετήρες παροχέτευσης θώρακος σιλικόνης χωρίς trocar</b> .Να είναι διαφανείς ,ακτινοσκιεροί, ευθείς με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Να προσφερθούν σε μεγέθη 18,21,24,27,30,33 και 36Fr μήκους 50cm. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                             |
| 90 | <b>Καθετήρες αποκάλυψης φλέβας.</b> Να είναι από πολυουρεθάνη, ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 10 έως 30 cm. Να έχουν ατραυματική βελόνη και προστατευτικό κάλυμμα αυτής. Να προσφερθούν με χρωματική κωδικοποίηση σε μεγέθη καθετήρα: 14,16,17,18,19 και 22G μήκους 60cm και 75cm βελόνη ανάλογη του μεγέθους του καθετήρα. Να είναι μ.χ. αποστειρωμένοι                                                                                                                      |
| 91 | <b>Καθετήρες ομφαλικοί μονού αυλού με τεχνική Hauttmout</b> για ασφαλή ,ανώδυνη και μακροχρόνια εισαγωγή στην ομφαλική ,σε σεντ που να περιέχει: Καθετήρα σιλικόνης 2FR (24G) μήκους 30εκ., ακτινοσκιερό, βαθμονομημένο ανά εκατοστό, με ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης μήκους 10εκ με σφιγκτήρα, τρεις διαστολές του αγγείου 6FR μήκους 8,9 και 11εκ ,μία βελόνη για διαδερμική εισαγωγή 19G μήκους 27mm και μεζούρα μέτρησης . Να είναι LATEX Free και DEHP free ,μ.χ αποστειρωμένοι. |
| 92 | <b>Καθετήρες νεογνικοί PICC πολυουρεθάνης μονού αυλού 2FR (24G)</b> μήκους 30εκ. Να είναι ,ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό. Να φέρουν ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης με σφιγκτήρα και πτερύγια στήριξης. Ο εισαγωγέας να είναι βελόνη σχιστή εξερχόμενη 20G μήκους 25mm. Να είναι LATEX free και DEHP free ,μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                              |
| 93 | <b>Καθετήρες νεογνικοί PICC σιλικόνης μονού αυλού 2Fr (24G)</b> μήκους 15,30 ή 50εκ .Να είναι από σιλικόνη για ανώδυνη εισαγωγή και μακροχρόνια παραμονή στο αγγείο, ακτινοσκιεροί ,βαθμονομημένοι ανά εκατοστό. Να φέρουν ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης με σφιγκτήρα. Ο εισαγωγέας να είναι σχιστός εξερχόμενος 20G μήκους 25mm ή πεταλούδα εξερχόμενη 19G μήκους 27mm ,Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι.                                                         |
| 94 | <b>Καθετήρες νεογνικοί -παιδικοί PICC μονού αυλού 3FR και 4FR</b> μήκους 30εκ .Να είναι από πολυουρεθάνη ,ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό. Να φέρουν ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης με σφιγκτήρα και πτερύγια στήριξης. Ο εισαγωγέας να είναι βελόνη σχιστή εξερχόμενη 17G ή 16G αντίστοιχα μήκους 30mm. Να είναι Latex free και DEHP FREE ,μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95 | <b>Σύστημα στερέωσης καθετήρων PICC (Νεογνικών).</b> Να είναι σχεδιασμένο για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς. Να εξασφαλίζει αποτελεσματική στερέωση του καθετήρα για την πρόληψη τυχαίας απομάκρυνσης του καθετήρα ή μετακίνησής του, και να έχει επίπεδη εφαρμογή στο δέρμα του ασθενούς, τύπου GRIP-LOK . Να είναι Latex-free & DEHP-free, μ.χ αποστειρωμένο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 96 | <b>Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) διπλού αυλού.</b> Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες (τεχνολογία AgION) αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να είναι εύρους 7,5Fr μήκους 16 και 20cm με αυλούς 16 και 18G. Να είναι ακτινοσκοπικός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελ seldinger. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                             |
| 97 | <b>Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ - υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τεσσάρων αυλών.</b> Να είναι πολυουρεθάνης μοριακά ενοποιημένα με Rifampicin και Miconazole για προστασία από λοιμώξεις. Να απελευθερώνονται οι ουσίες μόνο όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, υγρό σώματος ή διαλύματα έγχυσης με αργό και σταθερό ρυθμό ώστε να εξασφαλίζεται η αντιμικροβιακή του δράση σε όλο το κύκλο ζωής του καθετήρα. Το εύρος του καθετήρα να είναι 8,5 Fr, με σύρμα οδηγό από Nitinol, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων, ένα αυλό 16G και δύο αυλούς 18G, μήκους 16 και 20 cm. Να είναι ακτινοσκοπικός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σελ seldinger. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι. |
| 98 | <b>Σελ καθετήρα μηριαίας αρτηρίας</b> μεθόδου SELDINGER. Το σελ να περιέχει α) καθετήρα πολυαιθυλενίου εύρους: 16,17 ή 18G μήκους 18 cm, ακτινοσκοπικό. β) Βελόνη παρακέντησης 19G με βέλος ένδειξης. γ) προέκταση υψηλών πιέσεων 30 cm με 3way. δ) χειρ/κο πεδίο. ε) σύριγγα 10 ml και στ) οδηγό σύρμα ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99 | <b>Φλεβοκαθετήρες</b> ασφαλείας με μηχανισμό που ενεργοποιείται αυτόματα και αιχμαλωτίζει την βελόνα σε ασφαλές σημείο. Να είναι από TEFLON PTFE, παραμονή έως 48 ώρες, με οδηγό-στυλέο, βαλβίδα μη παλινδρόμησης από σιλικόνη και πτερύγια στήριξης. Να προσφερθούν σε μεγέθη: 14,16,17,18,20,22G. Να είναι LATEX free και DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | <b>Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ- υποκλειδίου/σφαγίτιδος) μονού αυλού.</b> Να είναι πολυουρεθάνης και μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου, τα οποία εκπέμπει βραδέως, εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την αντιμικροβιακή του δράση για 30 ημέρες (τεχνολογία AgION) αντί να είναι επικαλυμμένος μόνο εξωτερικά . Να είναι 14,16,18G σε μήκη 15 και 20 cm. Να είναι ακτινοσκιερός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε set seldinger. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                |
| 101 | <b>Καθετήρες αντιμικροβιακοί (ΚΦΠ - υποκλειδίου/σφαγίτιδος) τριών αυλών,</b> Να είναι πολυουρεθάνης μοριακά ενοποιημένα με Rifampicin και Miconazole για προστασία από λοιμώξεις. Να απελευθερώνονται οι ουσίες μόνο όταν έρχονται σε επαφή με το αίμα, υγρά σώματος ή διαλύματα έγχυσης με αργό και σταθερό ρυθμό ώστε να εξασφαλίζεται η αντιμικροβιακή του δράση σε όλο το κύκλο ζωής του καθετήρα. Το εύρος του καθετήρα να είναι 7,5 Fr, με σύρμα οδηγό από Nitinol, με ένα αυλό οπασδήποτε 14G για μεγάλους όγκους χορηγήσεων, μήκους 16 και 20 cm. Να είναι ακτινοσκιερός , βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε set seldinger. Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. Μ.χ. αποστειρωμένοι. |
| 102 | <b>Μόνιμος καθετήρας αιμοκάθαρσης</b> 15Fr δυο αυλών πολυουρεθάνης για αιμοκάθαρση με υψηλές ροές(500cc/min) με κλίση πιέσεων <150mmHg. Το εξωσωματικό μέρος του καθετήρα, να μπορεί απλά να ξεβιδωθεί και να αντικατασταθεί με νέο αποστειρωμένο ανταλλακτικό. Σετ τοποθέτησης κατά Seldiger, συρμάτινο οδηγό 038" 100cm με V-TIP άκρα, εισαγωγέα οδηγού σύρματος, αποσχιζόμενο θηκάρι 16Fr με αιμοστατική βαλβίδα με κατάλληλους διαστολείς, βελόνα εισαγωγής 18Ga x 6,35cm, μεταλλικό διαστολέα για ανάστροφο tunneling, πώματα καθετήρων, νυστέρι, σφιγκτήρες προεκτάσεων αυλών, ένα αυτοκόλλητο. Να διατίθεται σε μήκη 24,28,32,36,55cm (tip to cuff: 19,23,28,32,50cm)                                                                                                                      |
| 103 | <b>Εξάρτημα αλλαγής καθετήρα</b> (προεκτάσεις αυλών) που περιέχουν το εξωσωματικό μέρος του καθετήρα, 1 συνδετικό εξάρτημα, 2 προσαρμογείς στεγανοποίησης, 2 ειδικά πώματα, 1 προσαρμογέα σύσφιξης, 1 σφιγκτήρα και να χρησιμοποιείται συγκεκριμένο ανταλλακτικό, ανάλογα με το μήκος του καθετήρα που έχει αρχικά τοποθετηθεί.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104 | <b>Σετ καθετήρα αιμοκάθαρσης</b> δύο αυλών πολυουρεθάνης για υποκλείδιο, σφαγίτιδα ή μηριαία με σύριγγα ασφαλείας (τύπου Raulerson) 12Fr, 13,16,20cm. Έκαστος αυλός 12Ga. Το set να περιλαμβάνει επίσης οδηγό σύρμα, διαστολέα, βελόνα, στηρικτικά για τον καθετήρα αντάπτορα πρόσβασης για μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και έναν επιπλέον καθετήρα 1 αυλού 18Ga, 6,35cm πάνω σε 20Ga βελόνα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | <b>Σετ καθετήρα αιμοκάθαρσης</b> δύο αυλών πολυουρεθάνης για υποκλείδιο,σφαγίτιδα ή μηριαία με 12,13,5Fr 16,20 cm.Το σετ να περιλαμβάνει επίσης οδηγό σύρμα,διαστολέα,βελόνα,στηρικτικά για τον καθετήρα συριγγα ασφαλείας και επεπλέων καθετήρα επάνω σε βελόνα εισαγωγής. |
| 106 | Καθετήρες κύστης από PVC, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο.NELATON, αντρικός, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24. Να είναι Latex Free και Dehp Free.                                                                                   |
| 107 | Καθετήρες κύστης από PVC, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο.NELATON, γυναικείος-παιδικός μήκους περίπου 20 cm, Ch/Fr 6-24. Να είναι Latex Free και Dehp Free.                                                                         |
| 108 | Καθετήρες κύστης από PVC, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο.TIEMANN, αντρικός μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.                                                                                                                       |
| 109 | Καθετήρες κύστης αυτολιπαινόμενοι για διαλείποντες καθετηριασμούς με υδρόφιλη επιφάνεια που κατακρατεί το νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. NELATON, αντρικός, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.                         |
| 110 | Καθετήρες κύστης αυτολιπαινόμενοι για διαλείποντες καθετηριασμούς με υδρόφιλη επιφάνεια που κατακρατεί το νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. NELATON γυναικείος-παιδικός περιπού 20cm Ch/Fr6-24                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | Καθετήρες κύστης αυτολιπαινόμενοι για διαλείποντες καθετηριασμούς με υδρόφιλη επιφάνεια που κατακρατεί το νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. TIEMANN, αντρικός μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24. |
| 112 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, έτοιμοι προς χρήση, λιπασμένοι από PU συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα.NELATON, αντρικός, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.                                                                      |
| 113 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, έτοιμοι προς χρήση, λιπασμένοι από PU συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα.NELATON, γυναικείος-παιδικός μήκους περίπου 20 cm, Ch/Fr 6-24.                                                            |
| 114 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, έτοιμοι προς χρήση, λιπασμένοι από PU συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα.TIEMANN, αντρικός μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.                                                                       |
| 115 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, έτοιμοι προς χρήση, λιπασμένοι από PU συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα.NELATON, αντρικός, μήκους περίπου 20 cm, Ch/Fr 6-24.                                                                      |
| 116 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, έτοιμοι προς χρήση, λιπασμένοι από PU συσκευασμένοι σε ισότονο διάλυμα.NELATON, γυναικείος-παιδικός μήκους περίπου 10 cm, Ch/Fr 6-24.                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, με λιπαντική ούσια στη συσκευασία του καθετήρα, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. NELATON αντρικός, μήκους περίπου 40cm, Ch/Fr6-24              |
| 118 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, με λιπαντική ούσια στη συσκευασία του καθετήρα, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. NELATON γυναικείος-παιδικός, μήκους περίπου 20cm, Ch/Fr6-24   |
| 119 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, με λιπαντική ούσια στη συσκευασία του καθετήρα, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. TIEMAN αντρικός, μήκους περίπου 40cm, Ch/Fr6-24               |
| 120 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, από σιλικόνη, σε συσκευασία που περιέχει νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και NELATON, αντρικός, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.                           |
| 121 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, από σιλικόνη, σε συσκευασία που περιέχει νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. NELATON, γυναικείος-παιδικός μήκους περίπου 20 cm, Ch/Fr 6-24. |
| 122 | Καθετήρες κύστης για διαλείποντες καθετηριασμούς, από σιλικόνη, σε συσκευασία που περιέχει νερό, αποστειρωμένοι μιας χρήσης, με μία ή δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο. TIEMANN, αντρικός μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 6-24.            |

|     |                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Καθετήρες κύστης neorlex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, μήκους περίπου 40 cm, με μία οπή και στο άλλο άκρο να καταλήγει σε χοάνη. NELATON    |
| 124 | Καθετήρες κύστης neorlex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, μήκους περίπου 40 cm, με μία οπή και στο άλλο άκρο να καταλήγει σε χοάνη. TIEMANN    |
| 125 | Καθετήρες κύστης neorlex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, μήκους περίπου 40 cm, με μία οπή και στο άλλο άκρο να καταλήγει σε χοάνη. COUVELAIRE |
| 126 | Καθετήρες κύστης neorlex, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, μήκους περίπου 40 cm, με μία οπή και στο άλλο άκρο να καταλήγει σε χοάνη. MERCIER    |
| 127 | Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, Ch/Fr 12-24.                               |
| 128 | Καθετήρες NELATON από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24.                |

|     |                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | Καθετήρες TIEMANN από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24.           |
| 130 | Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, παιδιατρικοί, Ch/Fr 6-10.                                             |
| 131 | Καθετήρες NELATON από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, παιδιατρικοί με μπαλόνι χωρητικότητας 3-5 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 6. |
| 132 | Καθετήρες NELATON από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, παιδιατρικοί με μπαλόνι χωρητικότητας 3-5 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 8. |
| 133 | Καθετήρες NELATON από μαλακό LATEX με επένδυση σιλικόνης, παιδιατρικοί με μπαλόνι χωρητικότητας 3-5 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 10 |
| 134 | Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοπερή γραμμή, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, Ch/Fr 12-24.              |

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135 | Καθετήρες TIEMANN από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, μήκους περίπου 40cm Ch/Fr 12-24.    |
| 136 | Καθετήρες NELATON από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, με μπαλόνι χωρητικότητας 15 ML, μήκους περίπου 40cm Ch/Fr 12-24.    |
| 137 | Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, παιδιατρικοί, Ch/Fr 6-10.                                    |
| 138 | NELATON από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, παιδιατρικοί, με μπαλόνι χωρητικότητας 1,5 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 6. |
| 139 | NELATON από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, παιδιατρικοί με μπαλόνι χωρητικότητας 3 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 8.    |
| 140 | NELATON από 100% διάφανη σιλικόνη, με ακτινοσκοιερή γραμμή, παιδιατρικοί με μπαλόνι χωρητικότητας 3 ML, μήκους περίπου 30 cm, Ch/Fr 10.   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | Καθετήρες FOLLEY 2 - WAY από 100% σιλικόνη, με αισθητήρα θερμοκρασίας, Ch/Fr 12-24.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 142 | NELATON, 100% σιλικόνη, με αισθητήρα θερμοκρασίας μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 143 | TIEMANN, 100% σιλικόνη, με αισθητήρα θερμοκρασίας μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144 | Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη. Να είναι διαφανείς, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και ακτινοσκοπική γραμμή κατά μήκος του καθετήρα. Να έχει υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας έως 30 ML. Άκρο κυλινδρικό. Μεγέθη 12-24 Ch/Fr.                                                            |
| 145 | Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη. Να είναι διαφανείς, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και ακτινοσκοπική γραμμή κατά μήκος του καθετήρα. Να έχει υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας έως 30 ML. Άκρο κυλινδρικό. Μεγέθη 12-24 Ch/Fr. Παραμονής 6 εβδομάδων, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24.  |
| 146 | Καθετήρες Foley 2 way από 100% σιλικόνη. Να είναι διαφανείς, με ενισχυμένο ακτινοσκοπικό κυστικό άκρο και ακτινοσκοπική γραμμή κατά μήκος του καθετήρα. Να έχει υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα χωρητικότητας έως 30 ML. Άκρο κυλινδρικό. Μεγέθη 12-24 Ch/Fr. Παραμονής 12 εβδομάδων, μήκους περίπου 40 cm, Ch/Fr 12-24. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | Καθετήρες FOLLEY 2-WAY 100% tiemann σκληροί από neorlex, αποστειρωμένοι, μίας χρήσης, ακτινοσκιεροί, με δύο οπές μετά το μπαλόνι. Το μπαλόνι να είναι χωρητικότητας 15ML. Η άλλη άκρη να καταλήγει σε χοάνη και βαλβίδα για πλήρωση του μπαλονιού. CH/FR 8-24 |
| 148 | Καθετήρες FOLLEY 3-WAY απλοί μήκους περίπου 40 cm 16 - 26 CH από LATEX με επένδυση σιλικόνης με άκρο στρογγυλό απαλό κλειστό με μπαλόνι χωρητικότητας 30-50 ML και με δύο τουλάχιστον οπές έμπροσθεν του μπαλονιού.                                           |
| 149 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από Latex ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης.                                                                               |
| 150 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από Latex ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης.DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                          |
| 151 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από Latex ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης.DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML                                          |
| 152 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από Latex ενισχυμένοι με σπирάλ κατά μήκος του σωλήνα, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης.COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από Latex ενισχυμένοι με σπιδράλ κατά μήκος του σωλήνα, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης. COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML |
| 154 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης                                                                                |
| 155 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                          |
| 156 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML                                          |
| 157 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML, με υδρόφιλη επικάλυψη                   |
| 158 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML                        |
| 160 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από 100% σιλικόνη, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML, με υδρόφιλη επικάλυψη |
| 161 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από ημί-σκληρό latex (κόκκινοι), με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML             |
| 162 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από ημί-σκληρό latex (κόκκινοι), με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML             |
| 163 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από ημί-σκληρό latex (κόκκινοι), με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 120 ML            |
| 164 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από ημί-σκληρό latex (κόκκινοι), με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML          |

|     |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από ημί-σκληρό latex (κόκκινοι), με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML           |
| 166 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από PVC, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                      |
| 167 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από PVC, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης DUFOUR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML                                      |
| 168 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από PVC, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 50 ML                                   |
| 169 | Καθετήρες 3-WAY για προστατεκτομή, αποστειρωμένοι, μήκους περίπου 40 cm, 18 - 24 CH, από PVC, με 3 τουλάχιστον οπές παροχέτευσης COUVELAIR με μπαλόνι χωρητικότητας 80 ML                                   |
| 170 | Ουρητηρικοί καθετήρες μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκιεροί, που να με άκρο κυλινδρικό κλειστό και με 2 πλάγιες οπές. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | Ουρητηρικοί καθετήρες μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, που να με άκρο ευθύ τύπου ελαίας και με 2 πλάγιες οπές.                                      |
| 172 | Ουρητηρικοί καθετήρες μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, που να με άκρο ευθύ κυλινδρικό με κεντρική και με 2 πλάγιες οπές.                            |
| 173 | Ουρητηρικοί καθετήρες μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, που να με κεκαμμένο άκρο τύπου ελαίας και 1 πλάγια οπή.                                      |
| 174 | Ουρητηρικοί καθετήρες μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, από υλικό κατασκευής PVC, κυλινδρικοί, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, που να με κεκαμμένο κυλινδρικό άκρο και με μία κεντρική οπή.                                 |
| 175 | Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό σύρμα (OPEN END) μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, να περιλαμβάνονται οι εξής τύποι :με άκρο ευθύ ανοιχτό χωρίς οπές.            |
| 176 | Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό σύρμα (OPEN END) μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπεύσιμοι, να περιλαμβάνονται οι εξής τύποι :με άκρο ευθύ ανοιχτό και με 2 πλάγιες οπές. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό σύρμα (OPEN END) μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπικοί, να περιλαμβάνονται οι εξής τύποι :με άκρο κυρτό ανοιχτό χωρίς οπές.                                  |
| 178 | Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες για χρήση πάνω από οδηγό σύρμα (OPEN END) μίας χρήσης, αποστειρωμένοι μήκους περίπου 70-75 cm, διαμέτρου 3-8 CH, ακτινοσκοπικοί, να περιλαμβάνονται οι εξής τύποι :με άκρο κυρτό ανοιχτό και με 2 πλάγιες οπές.                       |
| 179 | Ουρητηρικοί επεμβατικοί καθετήρες τύπου CHEVASSU με μία οπή στην κορυφή.                                                                                                                                                                                                |
| 180 | Σετ διαστολέων ουρητηρικού στομίου τύπου teflon 3-10 Ch , open tip, με ατραυματικό άκρο, και εσωτερικό αυλό ώστε να διέρχεται το οδηγό σύρμα, μήκους τουλάχιστο 40 εκ.                                                                                                  |
| 181 | Καθετήρες απεικόνισης εκκολπωμάτων ουρήθρας, σιλικόνης με μπαλόνι και σφήνα σιλικόνης απόφραξης έξω στομίου ουρήθρας, με κανάλι έγχυσης σκιαγραφικού.                                                                                                                   |
| 182 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, βραχείας παραμονής 1-3 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, βραχείας παραμονής 1-3 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.                                                      |
| 184 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, βραχείας παραμονής 1-3 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου, προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm. |
| 185 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, βραχείας παραμονής 1-3 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.  |
| 186 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, μέσης παραμονής 6 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής.                                                                                                                         |
| 187 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, μέσης παραμονής 6 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.                                                           |
| 188 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπεύονται σε όλο το μήκος τους, μέσης παραμονής 6 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μέσης παραμονής 6 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου, προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.   |
| 190 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μέσης παραμονής 6 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.    |
| 191 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.                                                      |
| 192 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.                                                      |
| 193 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου, προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm. |
| 194 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπικά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail, 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm.  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπερά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm και προωθητή 70cm                     |
| 196 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από βιοσυμβατό υλικό, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπερά σε όλο το μήκος τους, μακράς παραμονής 12 μήνες που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή εισαγωγής. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 3,8-8 Ch και μήκος 12-30cm και προωθητή 70cm                     |
| 197 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από 100% σιλικόνη, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπερά σε όλο το μήκος τους μακράς παραμονής 12 μηνών, που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 6-8 Fr και μήκος 24-30cm. |
| 198 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από 100% σιλικόνη, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπερά σε όλο το μήκος τους μακράς παραμονής 12 μηνών, που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-κλειστού άκρου σε μεγέθη 6-8 Fr και μήκος 24-30cm. |
| 199 | Ουρητηρικά stents τύπου pig-tail από 100% σιλικόνη, αποστειρωμένα, ακτινοσκοπερά σε όλο το μήκος τους μακράς παραμονής 12 μηνών, που να συνοδεύονται από οδηγό σύρμα 0,035" και προωθητή με δυνατότητα σύνδεσης και κατεύθυνσης του pig-tail. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου σε μεγέθη 12 Fr και μήκος 24-30cm.  |
| 200 | Ουρητηρικοί καθετήρες one J 6-10 Ch/Fr μήκους 90cm για παροχέτευση των ούρων μετά από κυστεκτομή με μάτια παροχέτευσης στη θηλεία και το σώμα του καθετήρα. Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | Ουρητηρικοί καθετήρες οpe J 6-10 Ch/Fr μήκους 90cm για παροχέτευση των ούρων μετά από κυστεκτομή με μάτια παροχέτευσης στη θηλειά και το σώμα του καθετήρα.Ανοιχτού-κλειστού άκρου                      |
| 202 | Ουρητηρικοί καθετήρες οpe J 6-10 Ch/Fr μήκους 90cm από βιοσυμβατό υλικό για παροχέτευση των ούρων μετά από κυστεκτομή με μάτια παροχέτευσης στη θηλειά και το σώμα του καθετήρα.Ανοιχτού-ανοιχτού άκρου |
| 203 | Ουρητηρικοί καθετήρες οpe J 6-10 Ch/Fr μήκους 90cm από βιοσυμβατό υλικό για παροχέτευση των ούρων μετά από κυστεκτομή με μάτια παροχέτευσης στη θηλειά και το σώμα του καθετήρα.Ανοιχτού-κλειστού άκρου |
| 204 | Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης 2 way με μπαλόνι και ακτινοσκιερή γραμμή, τροκάρ μεταλλικό διαιρούμενο, όλα τα νούμερα.                                  |
| 205 | Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης με J άκρο, τροκάρ μεταλλικό διαιρούμενο, όλα τα νούμερα.                                                                 |
| 206 | Σετ αλλαγής υπερηβικού καθετήρα κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100% σιλικόνης 2 way με μπαλόνι, όλα τα μεγέθη.                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207 | Σετ αλλαγής υπερηβικού καθετήρα κύστεως που να περιέχει καθετήρα 100%σιλικόνης με J άκρο, όλα τα μεγέθη.                                                                                                                      |
| 208 | Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, με 4 σύστροφα σύρματα τιτανίου (Nitilon) για ημι-εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 3, μήκος 90cm και διάμετρο καλαθιού 14mm.                             |
| 209 | Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA , με 4 ελικοειδή σύρματα από Nitinol 3 Ch, μήκους 90cm και διάμετρο καλαθιού 15mm.                                                                                                         |
| 210 | Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, με 4 ομαλά σύρματα τιτανίου (Nitilon) για εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 2,2, μήκος 120cm και διάμετρο καλαθιού 11mm.                                 |
| 211 | Ουρητηρικοί καθετήρες τύπου DORMIA NO-TIP, αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, με 4 ομαλά σύρματα τιτανίου (Nitilon) για εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο Ch/Fr 1,5, μήκος 120cm και διάμετρο καλαθιού 9mm.                                  |
| 212 | Καθετήρες DORMIA BASKET από nitinol, με ατραυματικό (tipless) άκρο, ακτινοσκοιερός, μεγέθους 2,4 F, διάμετρο καλαθιού 11mm και μήκους περίπου 115 cm, κατάλληλος για εξαγωγή μεγάλων λίθων αλλά και θραυσμάτων, με μία κίνηση |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | Καθετήρες DORMIA BASKET από nitinol, με ατραυματικό (tipless) άκρο, ακτινοσκιερός, μεγέθους 1,9 F, διάμετρο καλαθιού 11-15mm και μήκους περίπου 115 cm, κατάλληλος για εξαγωγή μεγάλων λίθων αλλά και θραυσμάτων, με μία κίνηση |
| 214 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα, με επιλογή πολλαπλών prongs και δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου. Μήκος καθετήρα 90cm.                                                                                               |
| 215 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, τύπου τρίποδα, με επιλογή πολλαπλών prongs και δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου. Μήκος καθετήρα 120cm.                                                                                              |
| 216 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας με δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου, από Nitinol (και για χρήση διαμέσου εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου) Μήκος καθετήρα 90cm με θηκάρι 2,6                              |
| 217 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας με δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου, από Nitinol (και για χρήση διαμέσου εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου) Μήκος καθετήρα 120cm με θηκάρι 2,6                             |
| 218 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας με δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου, από Nitinol (και για χρήση διαμέσου εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου) Μήκος καθετήρα 90cm με θηκάρι 3,2                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219 | Καθετήρας αφαίρεσης λίθων, συνδυασμού μπασκέτας και λαβίδας με δυνατότητα αποδέσμευσης του λίθου, από Nitinol (και για χρήση διαμέσου εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου). Μήκος καθετήρα 120cm με θηκάρι 3,2                     |
| 220 | Καθετήρες Νεφροστομίας 2-WAY σιλικόνης 100%, αποστειρωμένοι, ακτινοσκοπικοί, μιας χρήσης, 10 - 24 CH με κυλινδρικό ευθύ άκρο, με κεντρική οπή. Το άλλο άκρο να καταλήγει σε χοάνη και βαλβίδα για πλήρωση του μπαλονιού. |
| 221 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 8                                                                                               |
| 222 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 10                                                                                              |
| 223 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 12                                                                                              |
| 224 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 14                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 8                                                                                                                                                                                                                         |
| 226 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 10                                                                                                                                                                                                                        |
| 227 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 12                                                                                                                                                                                                                        |
| 228 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας (2 step) που να περιλαμβάνει: 1 βελόνα trocar ,διαστολείς και καθετήρα τύπου pig-tail Ch/FR 14                                                                                                                                                                                                                        |
| 229 | Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας που να περιλαμβάνει: 2 βελόνες chiba, οδηγό σύρμα με J άκρο Seldinger 0.038", διαστολέα και θηκάρι εργασίας, καθετήρα τύπου pig-tail διαβαθμισμένο με μεταλλικό στυλεό για εύκολη εισαγωγή, συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής και προέκταση με περιστρεφόμενο luer lock από P.V.C.Ch/FR 8  |
| 230 | Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας που να περιλαμβάνει: 2 βελόνες chiba, οδηγό σύρμα με J άκρο Seldinger 0.038", διαστολέα και θηκάρι εργασίας, καθετήρα τύπου pig-tail διαβαθμισμένο με μεταλλικό στυλεό για εύκολη εισαγωγή, συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής και προέκταση με περιστρεφόμενο luer lock από P.V.C.Ch/FR 10 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231 | Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας που να περιλαμβάνει: 2 βελόνες chiba, οδηγό σύρμα με J άκρο Seldinger 0.038", διαστολέα και θηκάρι εργασίας, καθετήρα τύπου pig-tail διαβαθμισμένο με μεταλλικό στυλεό για εύκολη εισαγωγή, συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής και προέκταση με περιστρεφόμενο luer lock από P.V.C.Ch/FR 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 232 | Πλήρες σετ διαδερμικής νεφροστομίας που να περιλαμβάνει: 2 βελόνες chiba, οδηγό σύρμα με J άκρο Seldinger 0.038", διαστολέα και θηκάρι εργασίας, καθετήρα τύπου pig-tail διαβαθμισμένο με μεταλλικό στυλεό για εύκολη εισαγωγή, συνδετικό luer lock για ουροσυλλέκτη με κλείστρο ροής και προέκταση με περιστρεφόμενο luer lock από P.V.C.Ch/FR 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233 | Σετ διαδερμικής νεφροστομίας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης μέσης και μακράς παραμονής που να περιλαμβάνει: 1. βελόνα 18 G με ηχογενή χαρακτηριστικά, με στυλεό και κεντρικό αυλό για δίοδο του συρμάτινου οδηγού και του στυλεού<br>2. συρμάτινο οδηγό με κεκαμένη εύκαμπτη κορυφή ασφαλείας σε σχήμα J τύπου και στέλεχος super stiff μήκους τουλάχιστον 80 εκ. που να διέρχεται από την παραπάνω περιγραφείσα βελόνα παρακέντησης,<br>3. εσωτερικό μεταλλικό στυλεό για τον ευθυσμό του καθετήρα της νεφροστομίας με εσωτερικό αυλό ικανής διαμέτρου ώστε να μπορεί να διέλθει το οδηγό σύρμα 4. καθετήρα νεφροστομίας τύπου pig tail, με μηχανισμό συγκράτησης του καθετήρα στη θέση του, ακτινοσκιερό, μήκους περίπου 40 εκ., διαμέτρου 6-14 CH, με κεντρικό αυλό, κεντρική ή και πλάγιες οπές, |
| 234 | Σετ αλλαγής νεφροστομίας με 1 συρμάτινο οδηγό σύρμα με κεκαμένη εύκαμπτη κορυφή ασφαλείας σε σχήμα J και στέλεχος super stiff μήκους τουλάχιστο 80 εκ.<br>2. εσωτερικό μεταλλικό στυλεό για τον ευθυσμό του καθετήρα της νεφροστομίας με εσωτερικό αυλό ικανής διαμέτρου ώστε να μπορεί να διέλθει το οδηγό σύρμα<br>3.καθετήρα νεφροστομίας τύπου pig tail, με μηχανισμό συγκράτησης του καθετήρα στη θέση του, ακτινοσκιερό, μήκους περίπου 40 εκ., διαμέτρου 8-14Ch με κεντρικό αυλό, κεντρική ή και πλάγιες οπές                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 235 | Σετ νεφροστομίας παιδιατρικό βραχείας παραμονής με δυνατότητα τοποθέτησης σε δύο βήματα οποίο περιλαμβάνει:<br>Νεφροστομία με υλικό κατασκευής πολυουρεθάνης και άκρο locking-pigtail με 6 πλάγιες τρύπες, μήκος 30 εκατοστών.<br>Βελόνη παρακέντησης με ηχογενές άκρο 19,5G δύο τεμαχίων, μήκος 90 χιλιοστά.<br>Διαστολείς PTFE με μήκος 9 εκατοστών.<br>Οδηγό σύρμα με επικάλυψη Teflon μήκους 80 εκατοστών, με άκρο J τριών χιλιοστών διαμέτρου 0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MALESCOT, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ή PVC ΜΗΚΟΣ 42 CM ΣΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΛΕΣ FR 18- 24            |
| 237 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MALESCOT, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ή PVC ΜΗΚΟΣ 42 CM ΣΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ RE - ENTRY FR 18- 24 |
| 238 | Οδηγό σύρμα, ακτινοσκιερό. Διάμετρος 0,035 και μήκος 150 cm ακρο ευθύ                                                                                                                                 |
| 239 | Οδηγό σύρμα, ακτινοσκιερό. Διάμετρος 0,038 και μήκος 150 cm ακρο ευθύ                                                                                                                                 |
| 240 | Οδηγό σύρμα, ακτινοσκιερό, super stiff. Με άκρο κεκαμμένο.                                                                                                                                            |
| 241 | Οδηγό σύρμα, ακτινοσκιερό, υδρόφιλο. Διάμετρος 0,035 και μήκος 150 cm ακρο ευθύ                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242 | Οδηγό σύρμα, ακτινοσκοιερό, υδρόφιλο. Διάμετρος 0,035 και μήκος 150 cm ακρο ευθύ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 243 | Θηκάρι εργασίας ουρητηρικής πρόσβασης, για εύκαμπτο και ημι-εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο με εισαγωγέα, υδρόφιλη επικάλυψη και σύστημα σταθεροποίησης, με ακτινοσκοιερό δαχτυλίδι, με δυνατότητα μετατροπής του οδηγού εργασίας σε οδηγό ασφαλείας για προστασία και συνεχή πρόσβαση στον ουρητήρα και το νεφρό. Διάμετρος 12-14 Ch/Fr. |
| 244 | Διουρηθρικοί καθετήρες διπλού αυλού με μπαλόνι για την μέτρηση ενδοκοιλιακών πιέσεων κατά την πραγματοποίηση ουροδυναμικού ελέγχου, μαλακοί, μεγέθους 9-12F.                                                                                                                                                                      |
| 245 | Ουρηθρικοί Καθετήρες παιδιατρικοί. Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι όλα τα άκρα και οι οπές είναι αποστρογγυλεμένες και ατραυματικές.                                                                                                                                                                                            |
| 246 | Πλήρες Σετ Καθετήρων ουροδυναμικής με ενσωματωμένη προέκταση που περιλαμβάνει: Ένα (1) καθετήρα κύστης διπλού αυλού (6 & 8 Fr.) από PVC, με ενσωματωμένη προέκταση 1,20 cm και ένα (1) καθετήρα ορθού με προωθητήρα.                                                                                                              |
| 247 | Καθετήρας δύο αυλών, σιλικόνης(latex free), μπαλόνι 1,5-5 κυβικών εκατοστών, 6 έως 10 Ch, με οδηγό για την εύκολη εισαγωγή του, μήκους καθετήρα 31 εκατοστών περίπου με ακτινοσκοιερό στρόγγυλο άκρο.                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248 | Καθετήρες ουρητηροδερμοστομίας 8-14 CH, μίας χρήσης, αποστειρωμένοι, υλικό κατασκευής σιλικόνη, μήκους περίπου 50 cm, με πολλαπλές πλευρικές οπές και μία κεντρική                                                                                           |
| 249 | Κυρία διαστολής ουρήθρας bougies από neorlex με δυνατότητα σύνδεσης καθετήρων μεγαλύτερου εύρους διαδοχικά (τύπου Filli- form). Μεγέθη από:3 έως 10                                                                                                          |
| 250 | Καθετήρας με μια οπή παροχέτευσης από neorlex με δυνατότητα σύνδεσης με κυρία διαστολής(τύπου Filli- form). Μεγέθη από: 6 έως 24                                                                                                                             |
| 251 | Ουρηθρικοί Καθετήρες παιδιατρικοί. Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι όλα τα άκρα και οι οπές είναι αποστρογγυλεμένες και ατραυματικές.                                                                                                                       |
| 252 | Καθετήρας δύο αυλών, σιλικόνης(latex free), μπαλόνι 1,5-5 κυβικών εκατοστών, 6 έως 10 Ch, με οδηγό για την εύκολη εισαγωγή του, μήκους καθετήρα 31 εκατοστών περίπου με ακτινοσκοπικό στρόγγυλο άκρο.                                                        |
| 253 | Σετ για ουρητηρική διαστολή υψηλής πίεσης, να αποτελείται από καθετήρα μήκους 75cm, 5 ch, διπλού αυλού με μπαλόνι για αποτελεσματική και ομοιόμορφη διαστολή κατά τη διάρκεια της ενδοσκοπησης , υψηλής πίεσης μέχρι 17atm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035"ch. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 254 | Σετ για ουρητηρική διαστολή υψηλής πίεσης, να αποτελείται από καθετήρα μήκους 65-75cm, 6 ch, διπλού αυλού με μπαλόνι για αποτελεσματική και ομοιόμορφη διαστολή 15-16fr κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, υψηλής πίεσης τουλάχιστον 20atm.                                                           |
| 255 | Σετ για διαστολή νεφρού με μπαλόνι για διαστολή υψηλής πίεσης, να αποτελείται από καθετήρα με μπαλόνι από για αποτελεσματική διαστολή των ιστών, υψηλής πίεσης μέχρι 17atm. Μήκος καθετήρα 55cm και διάμετρος 7ch. Μήκος μπαλονιού 12cm και διάμετρο 30ch, θηκάρι Amplatz με εσωτερική διάμετρο 30ch. |
| 256 | Σετ για διαστολή νεφρού με μπαλόνι για διαστολή υψηλής πίεσης, να αποτελείται από καθετήρα με μπαλόνι για αποτελεσματική διαστολή των ιστών, υψηλής πίεσης τουλάχιστον 20atm. Μήκος καθετήρα 45-55cm. Μήκος μπαλονιού 12-15cm και διάμετρο 30ch, θηκάρι Amplatz με εσωτερική διάμετρο 30ch.           |
| 257 | ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ- Εξωτερικοί καθετήρες από PSX σιλικόνη με ειδική σχεδίαση ώστε να μην διακόπτεται η ροή των ούρων ακόμα κι αν λυγίσει 90 μοίρες και δακτύλιο εφαρμογής που να επιτρέπει την καθαρή εφαρμογή ακόμα και με την χρήση γαντιών,μεγέθη 25,30,35,40                                            |
| 258 | Περιπτεικοί καθετήρες σιλικόνης, σε ατομική συσκευασία και με ειδική αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη εφαρμογή. Αποστειρωμένοι. Μεγέθη M-L-XL.                                                                                                                                                           |
| 259 | Περιπτεικοί καθετήρες latex, σε ατομική συσκευασία και με ειδική αυτοκόλλητη ταινία για εύκολη εφαρμογή. Αποστειρωμένοι. Μεγέθη M-L-XL.                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260 | Μεταλλικός στυλεός για εύκολη εισαγωγή του καθετήρα.                                |
| 261 | Βελόνα έγχυσης BOTOX κύστης 5Ch, 22G, 4MM, με προστατευτικό καπάκι βελόνας.         |
| 262 | Καθετήρες τύπου pezzet από μαλακό latex μήκους 40cm, ch 10-34.                      |
| 263 | Πολυαυλική παροχέτευση (κεραμιδάκια) από 100% σιλικόνη μήκους 36 cm και πλάτους 6cm |
| 264 | Πολυαυλική παροχέτευση (κεραμιδάκια) από 100% σιλικόνη, όλα τα νούμερα.             |
| 265 | Καθετήρες Penrose σε διπλή συσκευασία από latex μήκους 45cm και πλάτους 10-40mm.    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266 | Καθετήρες Penrose, όλα τα νούμερα.                                                                                                                                                                                                                   |
| 267 | Ορχικές προθέσεις από διάφανη, μαλακή, ελαστομερή σιλικόνη, σε 5 μεγέθη.                                                                                                                                                                             |
| 268 | Ταινία από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας με λειασμένες άκρες, με χαμηλή ελαστικότητα 7,5% $\pm$ 5% , με ειδικές βελόνες ελικοειδείς μιας χρήσης για προσπέλαση μέσω του θυροειδούς από έξω προς τα μέσα.    |
| 269 | Διακολπικές, υποουρηθρικές ταινίες πολυπροπυλενίου ελεύθερης τάσης, οπισθοβικής προσπέλασης, για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας. Περιλαμβάνει ταινία πολυπροπυλενίου και 2 βελόνες μίας χρήσης για την οπισθοβική τοποθέτηση της ταινίας. |
| 270 | Ταινία από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας με λειασμένες άκρες με ειδικές βελόνες μιας χρήσης για προσπέλαση μέσω του θυροειδούς από έξω προς τα μέσα.                                                        |
| 271 | Ταινία από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας με λειασμένες άκρες με ειδικές βελόνες μιας χρήσης για προσπέλαση μέσω του θυροειδούς από μέσα προς τα έξω.                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 272 | Σετ επαναρυθμιζόμενης ταινίας ακράτειας από προσπάθεια με εισαγωγέα και στείλεό για την ασφάλιση της ταινίας μετά τη ρύθμιση.                                                                                                                                                                                  |
| 273 | Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ $\leq 20\text{g/m}^2$ , σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0 και 2-0 . |
| 274 | Οπίσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση ορθοκήλης από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, εξαιρετικά ελαφρύ $\leq 20\text{g/m}^2$ , σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει ειδικό εργονομικό εργαλείο για την τοποθέτηση του πλέγματος καθώς και ειδικά ράμματα 0-0 και 2-0 .   |
| 275 | Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση κυστεοκήλης από πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, επαναρυθμιζόμενης τάσης ,σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει εργαλεία τοποθέτησης του πλέγματος καθώς και εργαλείο καθήλωσης                                                               |
| 276 | Πρόσθιο πλέγμα μιας τομής για αποκατάσταση ορθοκήλης από πολυπροπυλένιο, προσχηματισμένο, επαναρυθμιζόμενης τάσης ,σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία. Το σετ να περιλαμβάνει εργαλεία τοποθέτησης του πλέγματος καθώς και εργαλείο καθήλωσης                                                                 |
| 277 | Διαθυρεοειδικό πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου τεσσάρων σημείων στήριξης για την αντιμετώπιση της κυστεοκήλης σε γυναίκα. Περιλαμβάνει το πλέγμα πολυπροπυλενίου και 4 βελόνες μιας χρήσης για την τοποθέτηση του πλέγματος.                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 278 | Διαθυροειδικό πλέγμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου 2 σημείων στήριξης για την αντιμετώπιση της ορθοκήλης σε γυναίκα. Περιλαμβάνει το πλέγμα πολυπροπυλενίου και 4 βελόνες μιας χρήσης για την τοποθέτηση του πλέγματος.                                                                                                                                                                                |
| 279 | Πλέγμα για αποκατάσταση της αντρικής ακράτειας ούρων από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο τετραπλής στήριξης. Το πλέγμα να διαθέτει 2 διαθυροειδικά και 2 προηβικά άκρα, με λειασμένες άκρες και με πλαστικό προστατευτικό περίβλημα και στα 4 άκρα στήριξης. Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία και να περιλαμβάνει 1 ειδικό εισαγωγέα μίας χρήσης και για τα 4 σημεία στήριξης.           |
| 280 | Πλέγμα για αποκατάσταση της αντρικής ακράτειας ούρων από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο διαθυροειδικής προσπέλασης διπλής στήριξης για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας. Το σετ να περιλαμβάνει πλέγμα πολυπροπυλενίου και 2 βελόνες μίας χρήσης για την διαθυροειδική τοποθέτηση του πλέγματος                                                                                                    |
| 281 | Υλικά για την αντιμετώπιση της ανδρικής ακράτειας ούρων : Εμφύτευμα δακτυλίου βολβικής ουρήθρας από σιλικόνη με βαλβίδα για την πλήρωση του και επίστρωση από πολυουρεθάνη.                                                                                                                                                                                                                         |
| 282 | Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική. |
| 283 | Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική.                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284 | Καθετήρες επισκληριδίου σε set. Να περιέχει καθετήρα από PEBAX για υπακοή στο χειρισμό, ακτινοσκιερό, βαθμονομημένο κλειστού άκρου. Βελόνη TUOHY με διαφανή πλαστική λαβή, βαθμονομημένη ανα εκατοστό. Φίλτρο 0,22 micron. Σύριγγα Loss of resistance και συνδετικό. Να προσφερθούν σε μεγέθη α) καθετήρα 20G μήκους 90εκ. με βελόνη 18G μήκους 80 mm και 90 mm β) καθετήρα 19G μήκους 90εκ. με βελόνη 16G μήκους 80 mm. Να είναι LATEX Free και DEHP Free μ.χ. αποστειρωμένοι.                                                                                                               |
| 285 | Καθετήρες σωλήνες αερίων .Να είναι από PVC διαφανείς ,ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί .Να φέρουν ελαστική υποδοχή .Να προσφερθούν σε μεγέθη Νο 18,21,24,27,30,33 και 36 Fr μήκους 40εκ. . Να είναι LATEX Free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 286 | <b>Καθετήρες για οξεία περιτοναϊκή κάθαρση.</b> Να είναι από πολυπροπυλένιο, διάτρητος, βαθμονομημένος με στρογγυλεμένο άκρο. Να φέρει στο σετ τροκάρ ανοξείδωτο με λαβή και ειδικό συνδετικό με άκρο L/L και κλίπς ρύθμισης. Να προσφερθούν σε μεγέθη: ενηλίκων 12Fr μήκους 30cm με περισσότερες από 60 οπές και παιδών 12Fr μήκους 20cm με περισσότερες από 30 οπές στο σώμα του καθετήρα. Να είναι DEHP free μ.χ αποστειρωμένοι.                                                                                                                                                           |
| 287 | Καθετήρες αντιμικροβιακοί υποκλειδίου τύπου Hickman διπλού αυλού .Να είναι από σιλικόνη και μοριακά ενοποιημένη με ιόντα αργύρου τα οποία εκπέμπει εσωτερικά και εξωτερικά του αυλού εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία από λοιμώξεις για 360 ημέρες τουλάχιστον. Να φέρουν cuff dacron για στερέωση υποδερμικά και αποφυγή λοιμώξεων, πύματα πολλαπλών εγχύσεων και σφιγκτήρα σε κάθε αυλό. Σε σετ που να περιέχει: βελόνη για τούνελ, εισαγωγή για τεχνική seldinger και θηκάρι σχιστό εξερχόμενο. Να προσφερθεί 9,5Fr μήκους 92cm. Να είναι LATEX free και DEHP free,μ.χ αποστειρωμένοι. |
| 288 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ (SCVO2), ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 289 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ). |
| 291 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟ VOLUME CLAMPING. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ).                  |
| 292 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΛΕΒΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.                                                        |
| 293 | ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (EVLW PVPI GEDV GEF) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΑΡΑΙΩΣΗΣ.                         |
| 294 | ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ-ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.                                                                      |
| 295 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΕΩΣ FOGARTY ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.                                                                                   |

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 296 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΡΟΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ.                 |
| 297 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΘΡΟΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ FOGARTY ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑ.                     |
| 298 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ.        |
| 299 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.                                      |
| 300 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.                                       |
| 301 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ SWAN-GANZ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΦΙΛΤΡΟ).                                                                                                                                                            |
| 303 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΟΝΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ, ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΩΣ 360 ml/min ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΑΥΛΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. |