

15SYMV002579117 2015-02-16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
ΜΙΑΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΝΟΣ (1) ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ
(1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"**, (Α.Φ.Μ. 999294028 – Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην ΕΞΟΧΗ Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΤΚ 57010, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή του κ. Αργύριο Γκαμπέση, που στο εξής -χάριν συντομίας- θα καλείται "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Χ. Μούσκου 21 ΤΚ.54634, επιχείρηση με την επωνυμία **"Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε."** **ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ** (Α.Φ.Μ. 093635530 – Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Ανανιάδη του Γεωργίου και στο εξής -χάριν συντομίας- θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή/και «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

- Α) Την από 12-09-2013 τεχνική και οικονομική προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.
 Β) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ.118/2007.
 Γ) Την υπ' αριθμ.18^η/09-12-2014 (θέμα 37^ο) κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε προμηθευτής, για τα είδη που αναφέρονται αναλυτικά στην επικεφαλίδα της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1^ο**ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ**

Ο Ανάδοχος - Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης στον χώρο του Τ.Ε.Π. Νοσοκομείου μίας (1) χειρουργικής αναρρόφησης έναντι συνολικής αξίας **2.220,00 €** πλέον ο νόμιμος Φ.Π.Α., ενός (1) γυψοπρίονου αντί συνολικής αξίας **656,00 €** πλέον ο νόμιμος Φ.Π.Α. και μίας (1) χειρουργικής διαθερμίας αντί συνολικής αξίας **7.730,00€**, πλέον ο νόμιμος ΦΠΑ.

Οι ως άνω τιμές παραμένουν σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης χωρίς δικαίωμα αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης, για οποιονδήποτε λόγο.

15SYMV002579117 2015-02-16

Άρθρο 2^ο**ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η παράδοση και εγκατάσταση των παραπάνω ειδών εξοπλισμού θα γίνει το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στους προβλεπόμενους χώρους, σε πλήρη και κανονική λειτουργία με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της ανωτέρω προθεσμίας, με αποκλειστική ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του ύψους των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) ανά ημέρα υπέρβασης, με ανώτατο όριο το 20% του αντίστοιχου τιμήματος του άρθρου 1, για την κάλυψη αναπόδεικτων ζημιών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από την καθυστέρηση αυτή. Οι ποινικές ρήτρες αυτές, που με την παρούσα συνομολογούνται ως δίκαιες και εύλογες, διαπιστώνονται στα έγγραφα πρακτικά προσωρινής ποσοτικής ή/και διοικητικής ή/και ποιοτικής παραλαβής και καταπίπτουν από τις πληρωμές του προηγούμενου άρθρου ή τα πάσης φύσης εγγυητικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο Νοσοκομείο. Κάθε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης ρητά επιφυλάσσεται υπέρ του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Η παραλαβή και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, εκκίνησης και δοκιμών - ρυθμίσεων γίνονται από τον Ανάδοχο - Προμηθευτή, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού θα είναι πάνω στη λειτουργία και τις βασικές εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού.

Άρθρο 3^ο**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, που θα παραδώσει για πέντε (5) έτη για την χειρουργική αναρρόφηση, δύο (2) έτη για το γυψοπρίονο και δύο (2) έτη για τη χειρουργική διαθερμία από την ημερομηνία πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Επιπλέον, ο Προμηθευτής εγγυάται την τεχνική υποστήριξη και την εξασφάλιση διάθεσης αμεταχείριστων ανταλλακτικών και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των μηχανημάτων, για δέκα (10) συνολικά έτη από την ημερομηνία πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος - Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει δωρεάν όσα μέρη του εξοπλισμού έχουν υποστεί βλάβη προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση αυτών. Εξαιρούνται τα κάθε φύσης αναλώσιμα.



15SYMV002579117 2015-02-16

Τα κατακυρωθέντα είδη ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και αποδόσεις, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στην προσφορά του Προμηθευτή και στα συνημμένα σε αυτήν τεχνικά φυλλάδια. Απόσπασμα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή επισυνάπτονται στο παράρτημα Α' της παρούσας σύμβασης.

Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού του Προμηθευτή, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης κατά το διάστημα της εγγύησης, είναι 3 ώρες από την ειδοποίηση.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής κατατέθηκε από τον ανάδοχο - προμηθευτή η με αριθμό 212/704694-4/11-02-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας αξίας **1.060,60 €**, η οποία παρακρατείται μέχρι του πέρατος της εγκατάστασης και της θέσης του συνόλου του εξοπλισμού σε λειτουργία.

Άρθρο 4°

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι πληρωμές στον προμηθευτή θα γίνονται εντός περίπου δύο (2) μηνών από την παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου, με επιταγή, κατά τα προβλεπόμενα για τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα. Προϋπόθεση αποτελεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή μηχανημάτων και εργασιών, από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 5°

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

5.1. Ο Ανάδοχος - Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαρίζει κατά Νόμο στο ΙΚΑ ή και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όπως προβλέπει ο Νόμος, όλο το απασχολούμενο από αυτόν στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

5.2. Ακόμη οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί κατά την Εγκατάσταση οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέριστα κάθε αστική και ποινική ευθύνη.



15SYMV002579117 2015-02-16

Άρθρο 6°**ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, η οποία αφού διαβάσθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα προορίζεται για την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ένα πήρε ο προμηθευτής για λογαριασμό του και το άλλο κατατέθηκε προς φύλαξη στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' στην από 16.02.2015 ΣΥΜΒΑΣΗ**

15SYMV002579117 2015-02-16

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.”**

Είδος α/α 3 : Ηλεκτρική αναρρόφηση Senator

1. Αναρρόφηση ηλεκτρική, νέας τεχνολογίας, αμεταχείριστη, κατάλληλη για χειρουργική και γενική χρήση η οποία πληροί όλους τους σύγχρονους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Φέρει βάση τροχήλατη ανοξείδωτη με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς, από τους οποίους οι δύο έχουν φρένο, με ειδικές θέσεις για την τοποθέτηση φιαλών με χειρολαβές μεταφοράς.
2. Ισχυρή αναρρόφηση κατάλληλη για εντατική χρήση στο χειρουργείο, αναισθησιολογικό, μαιευτικό, γυναικολογικό, παθολογικό, μονάδα τεχνητού νεφρού, μονάδα συνεχούς περιτοναϊκής κάθαρσης, παιδιατρικό, Ω.Ρ.Λ., πνευμονολογικό, νευρολογικό, ενδοσκοπικό, επειγόντων περιστατικών, σε ιατρεία, κλινικές κ.λ.π., καθώς και σε μετεγχειρητικές εφαρμογές.
3. Είναι συμπαγούς κατασκευής, από αντιστατικό, άθραυστο και αδιάβρωτο σε αντισηπτικά υγρά υλικό, στέρεα και ανθεκτική που αντέχει στα χτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και να καθιστά εύκολη την απολύμανση και τον καθαρισμό.
4. Αναρρόφηση ισχυρή (έως 85 kPa / 640 mmHg), με ταχύτητα αναρρόφησης 30 lt/min και δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της αναρροφητικής ικανότητας η οποία διατηρείται συνεχώς και μετά την πάροδο ωρών λειτουργίας, χωρίς υπερθερμάνσεις.
5. Συνοδεύεται από μανόμετρο κενού βαθμονομημένο σε kPa/mmHg, από ενσωματωμένο διακόπτη ρύθμισης του κενού, τύπου μεμβράνης, για άμεση απόκριση και ταχεία δημιουργία κενού καθώς και από αδιάβροχο, μονωμένο διακόπτη on-off με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
6. Η αναρρόφηση λειτουργεί χωρίς κραδασμούς, είναι εντελώς αθόρυβη (στάθμη θορύβου <42 dB), λειτουργεί με δύο (2) ανεξάρτητα πιστόνια και δεν χρειάζεται καμία απολύτως συντήρηση (maintenance free). Η αντλία εξασφαλίζει δημιουργία κενού με χαμηλές στροφές για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της.
7. Συνοδεύεται από τους απαραίτητους σωλήνες σιλικόνης για την σύνδεση των φιαλών και από σωλήνα 1,7m για τον ασθενή. Ο σωλήνας είναι διαφανής και κλιβανιζόμενος.
8. Διαθέτει εύκολο και απλό σύστημα εναλλαγής φιαλών με ειδικό σύστημα ανάρτησης και προστασίας από χτυπήματα.
9. Έχει δυνατότητα τοποθέτησης έως τεσσάρων άθραυστων φιαλών (από polysulfone), πολλαπλών χρήσεων, διαβαθμισμένων, χωρητικότητας από 1 lt έως 5 lt, με καπάκι και χειρολαβή μεταφοράς, καθώς και με ειδική βαλβίδα για την προστασία από την υπερχειλίση. Όλα τα συνδετικά μέρη της φιάλης, καθώς και το κάλυμμά της, αποχωρίζονται εύκολα για καθαρισμό και αποστείρωση. Δυνατότητα αποστείρωσης όλων των εξαρτημάτων στους 134°C.
10. Η αναρρόφηση διαθέτει τριπλό σύστημα ασφαλείας κατά της υπερχειλίσης ως εξής :



15SYMV002579117 2015-02-16

- Συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων και μικροοργανισμών στην είσοδο της αντλίας, το οποίο αλλάζει εύκολα.
 - Επιπλέον το ανωτέρω αντιβακτηριδιακό φίλτρο είναι ενσωματωμένο σε φιαλίδιο υπερχειλίσσης και λειτουργεί ως σύστημα ασφαλείας (κλείνει σε περίπτωση υπερχειλίσσης με αποτέλεσμα να αποτρέπει την μόλυνση στο εσωτερικό της αναρρόφησης).
 - **Μοναδικό** : Συνοδεύεται από σύστημα ασφαλείας πλήρωσης της φιάλης, δηλαδή από βαλβίδα ασφαλείας -φλοτέρ- διακοπής της αναρρόφησης σε περίπτωση υπερπλήρωσης των υγρών, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο καπάκι της φιάλης.
11. Διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 110 W, με αντικραδασμική έδραση και ηχητική απομόνωση. Το μοτέρ δεν λειτουργεί μόνιμα στο μέγιστο της ισχύος του αλλά αναλογικά σύμφωνα με το προεπιλεγμένο κενό, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η συσκευή δεν υπερθερμαίνεται και συνοδεύεται από αντιπαρασιτικό φίλτρο για προστασία των μόνιτορ και του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού.
 12. Η αναρρόφηση έχει την δυνατότητα τοποθέτησης κάνιστρων πολλαπλών χρήσεων για σάκους μίας χρήσεως.
 13. Τάση λειτουργίας 230V-50/60Hz, μέσω ρευματολήπτη σούκο ασφαλώς γειωμένου. Διαστάσεις : 555 mm x 460 mm x 990 mm - Βάρος : 18,4 Kg.
 14. Η συσκευή πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας : MDD 2007/47 EEC, MDD 93/42 EEC, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 10079-1, UL, Protection Class I, BF, ISO 9001, ISO 13485.

ΤΥΠΟΣ : 31.00.31

Εξαρτήματα :

- ✓ Ποδοδιακόπτης με βάση στήριξης εντός του τροχήλατου
Τύπος : 50.00.07

Είδος α/α 5 : Ηλεκτρικό πριόνι γύψου



15SYMV002579117 2015-02-16

1. Ηλεκτρικό πριόνι γύψου στέρεας κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή χρήση. Διαθέτει εργονομική χειρολαβή με διακόπτη on/off και δεν χρειάζεται συντήρηση.
2. Είναι ισχύος 210W και λειτουργεί με τάση 230V/50Hz. Έχει βάρος 1,16 kg μαζί με το καλώδιο και είναι χαμηλού θορύβου.
3. Έχει εύρος ταλάντωσης 10.000 - 19.000 ανά λεπτό και διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο 3 m.
4. Διαθέτει αυτόματο σύστημα ασφαλείας υπερφόρτωσης και συνεχώς ρυθμιζόμενο εύρος ταλαντώσεων.
5. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία από ανταλλακτικές λάμες, διαφόρων διαμέτρων και σχημάτων για φυσικό ή συνθετικό γύψο.
6. Συνοδεύεται από δύο λάμες (μία των 65 mm & μία των 50 mm) και ένα ζεύγος κλειδιών.
7. Διαθέτει διπλή μόνωση και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας (EMV EN 60601-1-2, class II, BF, VDE 0740).

ΤΥΠΟΣ : 48-106-00

Εξαρτήματα :

- Δίσκος κοπής γύψου Ø 45 mm για κοινό γύψο
Τύπος : 48-110-45
- Δίσκος κοπής γύψου Ø 45 mm για συνθετικό γύψο
Τύπος : 48-120-45

Είδος α/α 6 : Διαθερμία ARC 350 με Ligation

15SYMV002579117 2015-02-16

1. Διαθερμία τελευταίας τεχνολογίας **Arc-350 (New Digital Technology)**, ψηφιακή, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή, κατάλληλη για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις (Γενική Χειρουργική, Ορθοπαιδική, Γυναικολογικές επεμβάσεις, Νευροχειρουργικές, Επεμβάσεις καρδιάς, θώρακος και ήπατος, Γαστρεντερολογικές επεμβάσεις, Παιδιατρική, Πλαστικής χειρουργικής, Ενδοσκοπικές - Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, Ουρολογική - για επεμβάσεις κάτω από το νερό TUR, Ω.Ρ.Λ. κτλ).
2. Είναι μονοπολικού και διπολικού τύπου, δηλαδή διαθέτει γεννήτριες μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας για τομή και αιμόσταση, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
3. **Η τελευταία τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της διαθερμίας με τεχνική ARC-Control παρέχει δυνατότητα να “αναγνωρίζει” η συσκευή τις διαφορές στην δομή των ιστών και να ταιριάζει την ταχύτητα της κοπής στην ικανότητα του χειρουργού.**
4. Η ισχύς της κατά την μονοπολική τομή είναι **300 W** (που φτάνει έως και τα **420 W** για σύντομη χρονική διάρκεια) και κατά την μονοπολική αιμόσταση **120 W**. Η ισχύς της κατά την διπολική τομή είναι **150 W** (με πρόγραμμα **Bipolar TUR** φτάνει τα **380 W**) και κατά την διπολική αιμόσταση **120 W** (με πρόγραμμα **Ligation & Bipolar TUR** φτάνει τα **200 W**).
5. Η ποιότητα της επέμβασης παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη :
 - ✓ από το μέγεθος και το σχήμα του ενεργού ηλεκτροδίου,
 - ✓ από τη διεύθυνση και την ταχύτητα της τομής και
 - ✓ από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ιστών.
6. Διαθέτει αυτόνομο και χωριστό σύστημα **bipolar coagulation** με αυτόματο έλεγχο που ελαχιστοποιεί την βλάβη στους ιστούς. Ιδανικό για πολύ ευαίσθητους ιστούς. Η συσκευή διαθέτει σύστημα **αυτόματης διπολικής λειτουργίας (auto bipolar)** δηλαδή ενεργοποιείται αυτόματα και χωρίς τη χρήση ποδοδιακόπτη.
7. Έχει δυνατότητα δημιουργίας **ογδόντα (80)** προσωπικών προγραμμάτων. Οι χειρουργοί μπορούν να ορίσουν ανεξάρτητες τιμές λειτουργίας με αυτόματη απομνημόνευση σε όλες τις εξόδους. Για όλους τους τύπους λειτουργιών υπάρχει διαφορετικό ηχητικό σήμα.
8. Παρέχει δυνατότητα επιλογής από **10 διαφορετικά επίπεδα συνδυασμού τομής - αιμόστασης (blend)** κατά την μονοπολική και διπολική λειτουργία (ταχύτητα κοπής / χρονική διάρκεια αιμόστασης).
9. Υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής μνήμης **είκοσι (20)** διαφορετικών προγραμμάτων, όπως :
 - Πρόγραμμα **Standard** για γενική χειρουργική.
 - Πρόγραμμα **EndoLAP, EndoLAP Ligation** για γυναικολογικές - λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και επεμβάσεις θώρακος.
 - Πρόγραμμα **EndoLAP Bipolar Cut, EndoLAP Ligation** για ενδοσκοπικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
 - Πρόγραμμα **GastroCUT** για γαστρεντερολογικές επεμβάσεις.
 - Πρόγραμμα **DryCUT / SimCOAG** κατάλληλο για καρδιολογικές επεμβάσεις.

15SYM002579117 2015-02-16

- Πρόγραμμα για Ω.Ρ.Λ., νευροχειρουργικές, πλαστικής χειρουργικής και παιδιατρικές επεμβάσεις.
 - Πρόγραμμα **TUR-P, TUR-BT, Bipolar TUR** για επεμβάσεις κάτω από το νερό - ουρολογικές με τέλεια κοπή και ταυτόχρονη αιμόσταση.
 - Πρόγραμμα **Argon Flex / Ligation / Open** κατάλληλο για λεπτές επεμβάσεις επιφανείας, όπως βρογχοσκόπηση, γαστρεντερολογικές, γενικής χειρουργικής, ήπατος, με σύνδεση της διαθερμίας με συσκευή Argon (προαιρετικά).
 - Πρόγραμμα **Ligation** (διπολική αιμόσταση εξ' επαφής) για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, γυναικολογικές, λαπαροσκοπικές, ήπατος και θώρακος. Με την μέθοδο αυτή υπάρχει δυνατότητα για μόνιμη αιμόσταση των αγγείων ακόμη και για φλέβες, αρτηρίες και ομάδες ιστών με μεγαλύτερη περιοχή επιφάνειας, λόγω της χρήσης πολύ υψηλού ρεύματος με συνδυασμό εξαιρετικά χαμηλής τάσης. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή ελαχιστοποιεί τις διαρροές ρεύματος και παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον ασθενή και τον χειρουργό.
10. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των χαρακτηριστικών της κοπής σε εξήντα δύο (62) διαφορετικά επίπεδα κατά την μονοπολική λειτουργία και σε είκοσι (20) κατά την διπολική. Αντίστοιχα για την αιμόσταση υπάρχει δυνατότητα επιλογής των χαρακτηριστικών της σε είκοσι (20) διαφορετικά επίπεδα κατά την μονοπολική λειτουργία και σε επτά (7) κατά την διπολική. Το επιθυμητό αποτέλεσμα προκύπτει με την ελάχιστη δυνατή ισχύ. Έτσι η νέκρωση ελαχιστοποιείται.
 11. **Πρωτότυπο** : Η διαθερμία διαθέτει δύο εξόδους μονοπολικής τομής / αιμόστασης. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα σε δύο χειριστές να χρησιμοποιούν την διαθερμία χωρίς να δίνει ο ένας στον άλλο τη χειρολαβή. Η δυνατότητα αυτή παρέχει μεγάλο πλεονέκτημα σε επεμβάσεις, π.χ. στην καρδιά ή στο θώρακα καθώς και σε by-pass επεμβάσεις.
 12. Η διαθερμία δύναται να λειτουργήσει με ποδοδιακόπτη ή με χειροδιακόπτη (button) για μονοπολική ή διπολική χρήση, καθώς και για χρήση με συσκευή Argon.
 13. Η διαθερμία διαθέτει επίσης δύο εξόδους διπολικής τομής / αιμόστασης. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα σε δύο χειριστές να χρησιμοποιούν την διαθερμία, λειτουργώντας αφ' ενός την διπολική κοπή και αφ' ετέρου την διπολική αιμόσταση. Η διαδικασία ξεκινάει με την επαφή του ιστού που συνδυάζεται με την απόλυτη ρύθμιση της ισχύος, παρέχοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα μέχρι την τελική φάση κοπής, όπου η απομάκρυνση του ηλεκτροδίου εξαφανίζει αποτελεσματικά όλα τα καταστρεπτικά φαινόμενα σπινθηρισμού. Το αποτέλεσμα : **τέλεια διπολική ηλεκτροχειρουργική !**
 14. Διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης της λειτουργίας και καλής απόδοσης των κυκλωμάτων με έλεγχο μέσω του επεξεργαστή. Σε περίπτωση σφάλματος, βλάβης ή λάθους η λειτουργία διακόπτεται και υπάρχει ένδειξη με οπτικοακουστικό ALARM - συναγερμό.
 15. Διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου για την σωστή επαφή του ασθενούς με το αρνητικό ηλεκτρόδιο με οπτικοακουστικό ALARM - συναγερμό σε περίπτωση κακής επαφής για προστασία από εγκαύματα, με συνεχή έλεγχο της γείωσης και ψηφιακή αναγνώριση αυτής. Υπάρχει συνεχής έλεγχος για ρεύματα διαρροής.
 16. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της καθορισμένης και της πραγματικής ισχύος εξόδου. Σε κάθε αλλαγή υπάρχει προειδοποίηση με οπτικοακουστικό σήμα.

15SYMV002579117 2015-02-16

17. Όταν η συσκευή παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θέση λειτουργίας χωρίς να χρησιμοποιηθεί τότε ενεργοποιείται οπτικοακουστικό σήμα. Σε περίπτωση που αγνοηθεί το σήμα διακόπτεται η λειτουργία αυτόματα.
18. Διαθέτει σύστημα μνήμης που επιτρέπει να “θυμάται” τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις (**διαρκές test καλής λειτουργίας**) με ψηφιακές ενδείξεις.
19. Διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένα χειριστήρια για την εύκολη και γρήγορη επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων με **ψηφιακές ενδείξεις** για την ασφάλεια των επιλογών και ξεχωριστές ρυθμίσεις για μονοπολική και διπολική λειτουργία. Διαθέτει μεμβρανώδη πίνακα με διακόπτες απλής επαφής (touch buttons) για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.
20. Το σώμα της διαθερμίας είναι από ανθεκτικό υλικό ώστε να προστατεύεται από χτυπήματα και να μην αλλοιώνεται από τον καθαρισμό. Η πρόσοψη της διαθερμίας είναι επικαλυμμένη από μεμβράνη για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση, χωρίς πιθανή εισροή νερού στο εσωτερικό της.
21. Είναι μικρού όγκου (430x180x400 mm) και βάρους (14 kg περίπου).
22. Οι χειρολαβές φέρουν μόνιμα συνδεδεμένα καλώδια (υδατοστεγή σύνδεση) γεγονός που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό - κλιβανισμό τους.
23. Είναι ηλεκτρομαγνητικά μονωμένη για να μην επηρεάζει την λειτουργία άλλων συσκευών (monitor) ούτε να επηρεάζεται από αυτές (χρήση απινιδωτών).
24. Η συσκευή είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή standards ασφαλείας : **CF, 93/42/EEC, ISO 13485 : 2003** και διαθέτει **CE**.
25. Λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ' ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου 'Σούκο'.

ΤΥΠΟΣ : 900-350**Εξαρτήματα :**

15SYMV002579117 2015-02-16

- Τροχήλατο τραπεζίδιο τοποθέτησης διαθερμίας, εξαρτημάτων και ποδοδιακόπτη.
ΤΥΠΟΣ : 902-022
- Διπλός ποδοδιακόπτης, υδατοστεγής, αντiekρηκτικού τύπου με καλώδιο μήκους 4 m.
ΤΥΠΟΣ : 901-021
- Χειρολαβή ηλεκτροδίων π.χ. με διακόπτη τομής - αιμόστασης και ενσωματωμένο καλώδιο 4,5 m για μονοπολική χρήση.
ΤΥΠΟΣ : 215-045
- Ηλεκτρόδιο μαχαιρίδιο 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-127
- Ηλεκτρόδιο σπάτουλα 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-126
- Ηλεκτρόδιο βελόνη 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-011
- Ηλεκτρόδιο μπίλια 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-021
- Ηλεκτρόδιο λούπα 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-015
- Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για γειώσεις μ.χ., μήκους 4,5 m.
ΤΥΠΟΣ : 380-050
- Λαβίδα απολίνωσης αγγείων π.χ. NightKnife πλήρης 360 mm, μονωμένη, ατραυματική, με ενσωματωμένο μηχανισμό κοπής και καλώδιο 4,5 m.
ΤΥΠΟΣ : 770-300
- Διπολικό ψαλίδι π.χ. 180 mm, μονωμένο, με κεραμικό λεπτό άκρο.
ΤΥΠΟΣ : 797-180
- Καλώδιο για το ανωτέρω ψαλίδι 4,5 m π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 378-045



15SYMV002579117 2015-02-16

Είδος α/α 3 : Ηλεκτρική αναρρόφηση Senator
ΤΥΠΟΣ : 31.00.31

Αξία : 1.860 euro/τεμ.
Χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ

Εξαρτήματα :

- ✓ Ποδοδιακόπτης με βάση στήριξης εντός του τροχήλατου
ΤΥΠΟΣ : 50.00.07

Αξία : 360 euro/τεμ.
Τριακόσια εξήντα ευρώ

Συνολική τιμή αναρρόφησης με ποδοδιακόπτη : 2.220 euro
Δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ

- Όπως αναφέρουμε στην πρώτη κόλλα της προσφοράς μας η εταιρεία μας παρέχει **εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) έτη.**
- **Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης κατά τον χρόνο εγγύησης και μετά τον χρόνο εγγύησης :** Επισκέψεις θα γίνονται κάθε έξι μήνες όπου θα γίνεται πλήρης συντήρηση των μηχανημάτων : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**
- Μετά τον χρόνο εγγύησης και για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια η εταιρεία μας θα σας παρέχει το κόστος συντήρησης, δηλ. service - συντήρηση - εργασία : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**, χρεώνοντας μόνο την τιμή τυχόν ανταλλακτικών - αναλωσίμων.

Οικονομική Προσφορά



15SYMV002579117 2015-02-16

Είδος α/α 5 : Ηλεκτρικό πριόνι γύψου
ΤΥΠΟΣ : 48-106-00

Αξία : 615 euro/τεμ.
Εξακόσια δεκαπέντε ευρώ

Εξαρτήματα :

- ✓ Δίσκος κοπής γύψου $\varnothing$ 45 mm για κοινό γύψο
ΤΥΠΟΣ : 48-110-45

Αξία : 17 euro/τεμ.
Δεκαεπτά ευρώ

- ✓ Δίσκος κοπής γύψου $\varnothing$ 45 mm για συνθετικό γύψο
ΤΥΠΟΣ : 48-120-45

Αξία : 24 euro/τεμ.
Είκοσι τέσσερα ευρώ

Συνολική τιμή γυψοπριόνου με δύο δίσκους $\varnothing$ 45 mm : 656 euro
Εξακόσια πενήντα έξι ευρώ

- Όπως αναφέρουμε στην πρώτη κόλλα της προσφοράς μας η εταιρεία μας παρέχει **εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη.**
- **Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης κατά τον χρόνο εγγύησης και μετά τον χρόνο εγγύησης :** Επισκέψεις θα γίνονται κάθε έξι μήνες όπου θα γίνεται πλήρης συντήρηση των μηχανημάτων : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**
- Μετά τον χρόνο εγγύησης και για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια η εταιρεία μας θα σας παρέχει το κόστος συντήρησης, δηλ. service - συντήρηση - εργασία : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**, χρεώνοντας μόνο την τιμή τυχόν ανταλλακτικών - αναλωσίμων.

Οικονομική Προσφορά



15SYMV002579117 2015-02-16

Είδος α/α 6 : Διαθερμία ARC 350 με Ligation**ΤΥΠΟΣ : 900-350****Αξία : 5.200 euro/τεμ.****Πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ****Εξαρτήματα :**

- Τροχήλατο τραπεζίδιο τοποθέτησης διαθερμίας, εξαρτημάτων και ποδοδιακόπτη.
ΤΥΠΟΣ : 902-022 **Αξία : 400 euro/τεμ.**
Τετρακόσια ευρώ
- Διπλός ποδοδιακόπτης, υδατοστεγής, αντiekρηκτικού τύπου με καλώδιο μήκους 4 m.
ΤΥΠΟΣ : 901-021 **Αξία : 240 euro/τεμ.**
Διακόσια σαράντα ευρώ
- Χειρολαβή ηλεκτροδίων π.χ. με διακόπτη τομής - αιμόστασης και ενσωματωμένο καλώδιο 4,5 m για μονοπολική χρήση.
ΤΥΠΟΣ : 215-045 **Αξία : 50 euro/τεμ.**
Πενήντα ευρώ
- Ηλεκτρόδιο μαχαιρίδιο 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-127 **Αξία : 4 euro/τεμ.**
Τέσσερα ευρώ
- Ηλεκτρόδιο σπάτουλα 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-126 **Αξία : 4 euro/τεμ.**
Τέσσερα ευρώ
- Ηλεκτρόδιο βελόνη 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-011 **Αξία : 4 euro/τεμ.**
Τέσσερα ευρώ
- Ηλεκτρόδιο μπίλια 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-021 **Αξία : 4 euro/τεμ.**
Τέσσερα ευρώ
- Ηλεκτρόδιο λούπα 4 mm π.χ.
ΤΥΠΟΣ : 500-015 **Αξία : 4 euro/τεμ.**
Τέσσερα ευρώ
- Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για γειώσεις μ.χ., μήκους 4,5 m.
ΤΥΠΟΣ : 380-050 **Αξία : 40 euro/τεμ.**
Σαράντα ευρώ
- Λαβίδα απολίνωσης αγγείων π.χ. NightKnife πλήρης 360 mm, μονωμένη, ατραυματική, με ενσωματωμένο μηχανισμό κοπής και καλώδιο 4,5 m.
ΤΥΠΟΣ : 770-300 **Αξία : 1.440 euro/τεμ.**



15SYMV002579117 2015-02-16

Χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ

- Διπολικό ψαλίδι π.χ. 180 mm, μονωμένη, με κεραμικό λεπτό άκρο.

ΤΥΠΟΣ : 797-180

Αξία : 300 ευρώ/τεμ.

Τριακόσια ευρώ

- Καλώδιο για το ανωτέρω ψαλίδι 4,5 m π.χ.

ΤΥΠΟΣ : 378-045

Αξία : 40 ευρώ/τεμ.

Σαράντα ευρώ

Συνολική τιμή διαθερμίας με εξαρτήματα : 7.730 ευρώ**Επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ**

- Όπως αναφέρουμε στην πρώτη κόλλα της προσφοράς μας η εταιρεία μας παρέχει **εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη**.
- **Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης κατά τον χρόνο εγγύησης** : Επισκέψεις θα γίνονται κάθε έξι μήνες όπου θα γίνεται πλήρης συντήρηση των μηχανημάτων : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**
- Μετά τον χρόνο εγγύησης και για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια η εταιρεία μας θα σας παρέχει το κόστος συντήρησης, δηλ. service - συντήρηση - εργασία : **€ 0 (μηδέν ευρώ)**, χρεώνοντας μόνο την τιμή τυχόν ανταλλακτικών - αναλωσίμων.

Δήλωση προς τους Ειδικούς Όρους διαγωνισμού

15SYMV002579117 2015-02-16

1. Σε κάθε προσφορά περιγράφονται με σαφήνεια όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα, όπως προκύπτουν από την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος ή αποτελούν βασικό (standard) εξοπλισμό του.
2. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, υποχρεούμαστε να παραδώσουμε για κάθε μηχανήμα πλήρη πρωτότυπη σειρά λειτουργίας και συντήρησης / επισκευής (operation & service manuals, electronic block diagrams, error code & part list, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια κλπ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα εις διπλούν.
3. Όπως αναφέρουμε στην πρώτη σελίδα της προσφοράς μας, η εταιρεία μας παρέχει **εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών για την αναρρόφηση και δύο (2) ετών για το γυσοπρίονο και την διαθερμία** από την ημερομηνία πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας και **τεχνική υποστήριξη με ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον έτη**. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνεται προληπτικός έλεγχος ανά εξάμηνο ούτως ώστε τα μηχανήματα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
4. Η εταιρεία μας διαθέτει **σύγχρονο τμήμα εξυπηρέτησης με stock ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα (10) χρόνια**. Επίσης, διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση των προσφερόμενων μηχανημάτων. Οργανωμένο **service** της εταιρείας μας στη **Θεσσαλονίκη** : Χ. Μούσκου 21, Άγιοι Ανάργυροι και στην **Αθήνα** : Φειδιππίδου 21, Αμπελόκηποι (βλέπε πιστοποιητικά εταιρείας).
5. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία από την εταιρεία μας με ευθύνη, μέριμνα και έξοδα μας στο χώρο που εσείς θα υποδείξετε. Πέντε εργάσιμες (5) ημέρες πριν την παράδοσή τους, θα σας ειδοποιήσουμε για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.
6. Κατά την παράδοση καθώς και στη συνέχεια, **για όσες φορές θα χρειαστείτε**, θα παραβρίσκεται τεχνικός της εταιρείας μας για να εκπαιδεύσει τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους χειριστές και τους ηλεκτρονικούς - τεχνικούς στη σωστή λειτουργία - χρήση, ποιοτικό έλεγχο, καθαρισμό, φύλαξη, αποστείρωση, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων. Η εκπαίδευση παρέχεται άνευ πρόσθετης αμοιβής και θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του νοσοκομείου στην ελληνική γλώσσα.
7. Ενημερωτικά, έχουμε να σας δηλώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη των μηχανημάτων, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά κλπ. εκτός των αναλωσίμων και των περιπτώσεων βλαβών που αποδειχτεί υπαιτιότητα του χρήστη.
8. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης, δεν θα ξεπερνάει τις 24 ώρες. Επίσης, ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας μηχανήματος λόγω βλάβης (down time) δεν θα ξεπερνάει τις 24 ώρες κατά την χρονική διάρκεια της εγγύησης ή θα αντικαθίσταται άμεσα με άλλο μηχανήμα εντός 24 ωρών.
9. Τα μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης αντοχής κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σωστή και πλήρη λειτουργία τους. Φέρουν όλους τους απαραίτητους



15SYMV002579117 2015-02-16

αυτοματισμούς και τα συστήματα ασφαλείας, για προστασία του χρήστη και του ασθενή και διαθέτουν alarms και αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών και λαθών. Διαθέτουν ειδική αντιπαρασιτική μονάδα, ώστε να μην επηρεάζουν την εικόνα των μόνιτορ και να μην επηρεάζονται από τη χρήση απινιδωτών. Λειτουργούν με τάση δικτύου πόλης 220VAC /50 Hz.

10. Οι οίκοι κατασκευής των προσφερόμενων μηχανημάτων διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά **ISO 9001 ή ISO 13485:2003** και τα είδη πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας **CE**. Επίσης, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη όπως ορίζει ο νόμος του κράτους με την υπουργική απόφαση **ΔΥ85/1348** περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Φ.Ε.Κ. Β32/16.01.2004 & Φ.Ε.Κ. Β'1459/22.09.2004) καθώς και κατά **ISO 9001 / 13485**.
11. Τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών (χειρουργική αναρρόφηση, γυψοπρίονο, χειρουργική διαθερμία) είναι η :
Ardo medical AG, Gewerbestrasse 19, CH-6314 Unterageri, Switzerland.
AS Medizintechnik GmbH, Sattlerstrabe 15, 78532 Tuttlingen, Germany.
BOWA-electronic GmbH & Co. KG, Heinrich-Hertz-Strasse 4-10, D-72810 Gomaringen, Γερμανία.

Ο δηλών,
Ανανιάδης Κωνσταντίνος

Προς :
 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου"
 Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών

15SYMV002579117 2015-02-16

Θεσσαλονίκη, 12/09/2013

Δήλωση προσωπικού & παροχής service ____

Κύριοι,

υπάρχει οργανωμένο τμήμα παροχής service στην Θεσσαλονίκη, Χ. Μούσχου 21, 54634 (βλέπε και πιστοποιητικά εταιρείας). Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. είναι κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο για να παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Το απασχολούμενο προσωπικό αποτελείται από τους :

- ✓ Ανανιάδη Γεώργιο, πτυχιούχο ηλεκτρονικό
- ✓ Ανανιάδη Κωνσταντίνο, πτυχιούχο ηλεκτρονικό
- ✓ Τσιώρη Βασιλική, πτυχιούχο τεχνικό ιατρικών μηχανημάτων
- ✓ Σίμος Παναγιώτης, πτυχιούχο τεχνικό ιατρικών οργάνων

Δηλώνω ότι διαθέτω στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη λειτουργική και επίδειξη - εκμάθηση του προσωπικού του Νοσοκομείου τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής τους, ποιοτικής και ποσοτικής.

Με εκτίμηση,
Ανανιάδης Κωνσταντίνος